



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

CENTRALE DI COMMITTENZA

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE CON PERMUTA DI UN MICROSCOPIO CONFOCALE A LASER PULSATO AL FEMTOSECONDO.- CIG 8863400510- PRECISAZIONE.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si precisa che relativamente a quanto previsto nel Capitolato tecnico alla voce "*componenti del sistema-testa di scansione confocale*" il microscopio dovrà essere dotato oltre che della Sorgente Laser pulsata per analisi FLIM con lunghezza d'onda almeno 488 e 640 nm o similari anche della Sorgente laser pulsata per eccitazione multifotone con tuning range 680-1080 o equivalente.

Campobasso, 10 settembre 2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. ssa Rossella CACCHIONE

