

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

## CAMPOBASSO



### AREA SERVIZI TECNICI

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIBIENNALE, 2024-2028, DI CERTIFICAZIONE, ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI E MANUTENZIONE PREVENTIVA, FULL-RISK DELLE CAPPE CHIMICHE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE ED ARMADI DI SICUREZZA, FRIGORIFERI, CONGELATORI E FRIGOCOMBINATI, AUTOCLAVI, DEFIBRILLATORI E RETI INTERNE DI GAS TECNICI, VERIFICHE ELETTRICHE DELLE APPARECCHIATURE PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE.**

### Allegato C

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente CAPITOLATO SPECIALE regola l'affidamento del servizio quadriennale, 2024-2028 (48 mesi), di certificazione, adeguamento delle prestazioni e manutenzione preventiva, full-risk delle cappe chimiche, cappe a flusso laminare ed armadi di sicurezza, frigoriferi, congelatori e frigocombinati, autoclavi, defibrillatori e reti interne di gas tecnici, verifiche elettriche delle apparecchiature presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise.

Esso farà parte integrante del contratto fra l'Università degli Studi del Molise (di seguito indicata come "Università") e l'operatore economico aggiudicatario (di seguito indicato come "Aggiudicatario").

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito indicato come "Codice") e le direttive A.N.A.C. applicabili.

Le sedi oggetto dell'incarico sono le seguenti:

#### SEDI DI CAMPOBASSO

Edificio I° Polifunzionale	Viale Manzoni	Campobasso
Centro Servizi Culturali	Viale Manzoni	Campobasso
Edificio II° Polifunzionale	Via De Sanctis	Campobasso
Aula Magna	Via De Sanctis	Campobasso
Area Multimediale	Via De Sanctis	Campobasso
Locali Ponte Pedonale	Via De Sanctis	Campobasso
Biblioteca di Ateneo	Via De Sanctis	Campobasso
Centro Sportivo "PalaUnimol"	Via Gazzani	Campobasso
Residenza Studenti	Via Gazzani	Campobasso
Edificio III° Polifunzionale	Via De Sanctis	Campobasso
Dipartimento Medicina c/o Locali ASREM	Ospedale Cardarelli	Campobasso
Collegio Medico	Loc. Tappino	Campobasso

#### SEDE DI TERMOLI

Edificio "Ex Colonia Marina" Via Duca d. Abruzzi Termoli (CB)

#### SEDE DI PESCHE

Edificio "Ex CNR" C.da Fonte Lappone Pesche (IS)

(ivi compresa la Residenza Studenti)

## **Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio quadriennale, 2024-2028 (48 mesi), di certificazione, adeguamento delle prestazioni e manutenzione preventiva, full-risk delle cappe chimiche, cappe a flusso laminare ed armadi di sicurezza, frigoriferi, congelatori e frigoscombinati, autoclavi, defibrillatori e reti interne di gas tecnici, verifiche elettriche delle apparecchiature presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise. Le apparecchiature in oggetto, eccettuato le reti interne di gas tecnici, sono elencate in allegato al presente Capitolato e da intendersi in maniera non esaustiva: possono essere soggette ad aggiornamento per acquisizione o dismissione dalla data di oggi a tutta la durata contrattuale.

Dalla presente gara sono escluse le apparecchiature acquisite in service o in noleggio.

L'affidamento e l'esecuzione del servizio sono regolati dal presente Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara espressamente di conoscere in ogni sua parte, dalle norme e dalle leggi speciali per gli impianti di che trattasi.

## **Art. 2. AMMONTARE DEL SERVIZIO**

Il costo del servizio è di importo complessivo triennale presunto di € 59.000,00, IVA esclusa, stabilito con pregressa indagine di mercato, e comprensivo dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso pari a € 1.500,00.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara di € 59.000,00.

Il prezzo desunto dall'offerta dell'Aggiudicatario si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alle prestazioni, comprensivo di materiali, noli di attrezzature e strumenti, manodopera, licenze software, costi di spostamento verso e tra le sedi universitarie oggetto del servizio e quanto necessario per l'espletamento del servizio.

## **Art. 3. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione delle attrezzature in oggetto, in modo da assicurare la completa funzionalità ed efficienza.

Il servizio dovrà essere assicurato in modo uniforme, costante e continuativo per tutta la durata del periodo contrattuale.

Di seguito sono riportati in ordine cronologico le attività da eseguire:

1. CERTIFICAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
2. VERIFICA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE
3. ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI
4. MANUTENZIONE PREVENTIVA
5. MANUTENZIONE FULL-RISK
6. CORSI DI FORMAZIONE
7. VERIFICA RETI INTERNE DI GAS TECNICI

### **1. CERTIFICAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA:**

l'esecuzione dei test di performance secondo le normative:

- •UNI. EN 12469 per cappe microbiologiche
- •UNI. EN 14175 per cappe chimiche

Il contratto prevede la certificazione del regolare funzionamento dei Dispositivi di Protezione Collettiva. Le tipologie dei DPC presenti presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi del Molise che necessitano di certificazione sono:

1. CAPPE DA CHIMICA
2. CAPPE MICROBIOLOGICHE

La normativa di riferimento per l'effettuazione delle certificazioni richieste è:

- UNI EN 14175 verifica cappe chimiche
- UNI EN 12469 verifica cappe microbiologiche.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire sulla totalità delle cappe i test di performance previsti dalle norme sopra citate.

Le prove di performance serviranno a delineare gli interventi di adeguamento delle prestazioni che la stessa ditta dovrà eseguire per poter portare al corretto livello di efficienza il DPC.

La programmazione del servizio di che trattasi, formulata dalla ditta ed approvata dal responsabile del servizio, dovrà prevedere una prima visita su ciascun DPC non più tardi di 3 mesi dalla aggiudicazione del contratto, e di almeno una visita manutentiva.

Al termine del contratto di durata 36 mesi ogni DPC dovrà essere certificato ed i test di performance dovranno essere adeguati ed accettabili con i criteri determinati dal Settore di Prevenzione e Protezione tenuto conto delle attuali condizioni dei DPC e della stima degli interventi e delle sostituzioni riportate nel paragrafo seguente (Adeguamento delle Prestazioni).

## **2. VERIFICA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE:**

l'esecuzione delle verifiche elettriche delle apparecchiature, ubicate all'interno dei laboratori dei Dipartimenti DiAAA, DiMeS e DiBT, secondo la normativa vigente n.62-5 CEI.

Per la verifica elettrica dell'apparecchiatura come dichiarata dal costruttore, si richiede di effettuare la verifica stessa determinando l'isolamento elettrico, il conduttore di protezione, le dispersioni di corrente sia verso terra che sull'involucro e sulle parti applicate dove presenti. Al termine delle verifiche di tutte le apparecchiature alimentate elettricamente, come riportato negli elenchi allegati, si richiede il rilascio di un report digitale contenente le schede tecniche delle verifiche di ogni apparecchio controllato con l'identificazione dei dati identificativi con apposita immagine, ubicazione, i risultati degli esami a vista e delle misure effettuate. Si richiede, inoltre, la segnalazione in caso di non idoneità della apparecchiatura qualora la misura non risponda alla normativa vigente.

## **3. ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI:**

i criteri che regolano gli interventi di adeguamento da effettuare sui DPC hanno lo scopo di portare, quelli che necessitano, al raggiungimento di un adeguato livello di performance. Ciò significa, quindi, raggiungere un livello di sicurezza per l'operatore che lavora, che sia adeguato rispetto al tipo di manipolazione e alla pericolosità dei prodotti utilizzati.

Le performance saranno indicate dal responsabile del presente servizio, tenuto conto delle attuali condizioni dei DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) e della stima degli interventi e delle sostituzioni che andranno effettuate secondo quanto dettagliato di seguito.

Durante la fase di certificazione l'azienda aggiudicataria produrrà un documento riportante le prescrizioni degli interventi che, eventualmente, dovranno essere effettuati, in funzione del livello di sicurezza richiesto.

Il livello di sicurezza richiesto verrà indicato alla ditta aggiudicataria sulla base di una valutazione del rischio chimico e biologico da parte dell'unità preposta, il R.S.P.P. dell'Università.

Le tempistiche di intervento, per gli interventi di adeguamento degli impianti, verranno definite con l'Area Servizi Tecnici ed il R.S.P.P. dell'Università.

## **4. MANUTENZIONE PREVENTIVA:**

prevede la verifica di rispondenza alla sicurezza dell'operatore e dell'ambiente interno ed esterno su tutti gli apparati, comprendente:

- interventi per verificare la corretta funzionalità dell'apparato;
- interventi per verificare il livello di protezione verso l'operatore e verso l'ambiente;
- interventi di manutenzione per tarature ed eliminazione di piccoli difetti ed usure strumentali, che si effettuano durante la visita annuale di manutenzione preventiva mediante la sostituzione di parti di ricambio di limitato valore e compresi nel canone (fusibili, lampade, cerniere, etc.);

- n. 1 intervento preventivo per ogni anno di manutenzione su controllo temperatura dei frigocongelatori, congelatori e frigo-combinati (Regolamento CE 303/08), controllo funzionamento armadi di sicurezza presenti nei laboratori ed autoclavi.
- N.1 intervento preventivo mensile sul controllo del funzionamento dei defibrillatori tutti appartenenti alla tipologia semiautomatico ubicati presso le sedi di Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB).

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutte le procedure di manutenzione preventiva programmata previste dai manuali di servizio, forniti dal produttore delle apparecchiature, con le periodicità previste. In mancanza dei manuali la ditta aggiudicataria si farà parte diligente nel recuperare i manuali mancanti.

**Per ogni cappa dovranno essere previste le seguenti verifiche:**

- Manutenzione annuale:

- a) Verifica dello stato della struttura, del piano di lavoro e dell'incastellatura.
- b) Verifica del meccanismo del telaio frontale, pulizia e ingrassaggio.
- c) Verifica del funzionamento dell'arresto del telaio e dell'eventuale meccanismo di allarme.
- d) Verifica dei sistemi fluidici collegati con la cabina.
- e) Verifica delle condizioni dei servizi elettrici della cabina, dei loro comandi e del loro funzionamento.
- f) Verifica dell'efficienza degli aspiratori, incluso quelli remoti, se presenti.
- g) Mappatura della velocità frontale dell'aria aspirata, come indicato dalle norme, e calcolo della velocità media e della portata (EIN 12469).
- h) Mappatura della velocità del flusso laminare, come indicato dalle norme, e calcolo della velocità media, della deviazione percentuale dei punti e della portata.
- i) Misura della portata dell'aria espulsa.
- j) Test di efficienza del filtro principale, tramite mappatura con conta particelle sul piano di lavoro, come indicato dalle norme.
- k) Test di efficacia delle guarnizioni del filtro principale tramite DOP, dopo la sostituzione.
- l) Test di efficienza del filtro di espulsione tramite DOP, dopo la sostituzione.
- m) Controllo e taratura dei livelli di allarme, se presenti.
- n) Verifica della scheda di rischio biologico della cabina con verifica da eseguirsi in stretta collaborazione dell'utilizzatore, che dovrà controfirmare l'aggiornamento della stessa, se difforme.
- o) Controllo intasamento filtri HEPA ed eventuale sostituzione da preventivare a parte.

Qualora la cabina risulti mancante della scheda di rischio biologico, occorrerà compilarla in diretta collaborazione con il S.P.P. dell'Università e l'utilizzatore, che dovrà controfirmare.

Qualora la cabina risulti mancante della scheda tecnica riportante le caratteristiche tecniche, le utenze fluidiche, le utenze elettriche, le caratteristiche dell'impianto di ricircolo e di espulsione e le caratteristiche dei filtri, il manutentore dovrà provvedere a crearla: tutta la procedura di manutenzione e verifica è strettamente collegata a quanto riportato sulla scheda tecnica.

Nel caso di intervento all'interno del condotto di aspirazione, ricircolo ed espulsione, il manutentore, prima di iniziare i lavori, deve valutare, rilasciandone dichiarazione, se sia il caso di procedere ad una decontaminazione della cabina.

La valutazione sarà basata sull'analisi della scheda di rischio biologico firmata dal responsabile del laboratorio.

La dichiarazione firmata della valutazione, con relativa assunzione di responsabilità, dovrà essere controfirmata, per presa visione ed accettazione, da parte del responsabile delle attività didattiche e di ricerca del laboratorio e/o Preposto.

Nel caso sia richiesta una decontaminazione, il manutentore deve presentare la procedura che verrà seguita, con le relative sicurezze adottate per la persona, per l'ambiente circostante e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti.

La procedura dovrà essere controfirmata, per presa visione ed accettazione, da parte del responsabile del laboratorio.

Nel caso di necessità di sostituzione del filtro delle cappe microbiologiche, il manutentore dovrà attestare:

1. la qualità del filtro installato (certificazione originale).

2. la procedura utilizzata per lo smontaggio del filtro.
3. il tipo di test utilizzato per garantire la corretta installazione del filtro e delle relative guarnizioni.
4. la preparazione e confezionamento del rifiuto per garantire la sicurezza del trasporto.
5. l'etichettatura del rifiuto con l'identificazione del tipo di rifiuto (dato fornito dall'ente produttore del rifiuto).
6. la consegna del rifiuto al punto di raccolta presso l'ente produttore del rifiuto (individuato da quest'ultimo).
7. l'acquisizione di responsabilità sulla preparazione del rifiuto al trasporto.

Qualora, per un intervento di sostituzione filtri, il manutentore dichiara la non necessità di decontaminazione, i filtri rimossi dalla cabina saranno comunque ritenuti "a rischio biologico" e quindi la preparazione del rifiuto dovrà essere adeguata.

### **CAPPE CHIMICHE:**

Il riferimento di norma è EN 14175

- Manutenzione annuale:

- a) Smontaggio del meccanismo del telaio, verifica, pulizia e ingrassaggio.
- b) Verifica del funzionamento dell'arresto del telaio e dell'eventuale meccanismo di allarme.
- c) Verifica del sistema idraulico di distribuzione gas/acqua.
- d) Verifica delle condizioni dei servizi elettrici della cappa, dei loro comandi e del loro funzionamento.
- e) Controllo dello smorzatore di fuoco e del meccanismo di sblocco, se presente.
- f) Controllo del sistema di aspirazione: stato del ventilatore, stato motore, stato dei giunti flessibili, stato dei condotti di estrazione (particolare attenzione ai raccordi), verifica dei diffusori e delle feritoie (non devono essere ostruiti).
- g) Controllo della stabilità e delle condizioni del camino di scarico.
- h) Verifica dell'interno della conduttura: se si hanno ristagni di sostanze è necessaria una pulizia.
- i) Verifica della posizione della valvola di bilanciamento aspirazione, se presente.
- j) Mappatura della velocità frontale dell'aria aspirata, come indicato dalle norme, e calcolo della velocità media e della portata.
- k) Misura della pressione dinamica sull'aspiratore. Se si rileva una diminuzione superiore al 20% dei valori di collaudo della portata media o della pressione dinamica, significa che si ha un deterioramento delle prestazioni, in tal caso si deve individuarne la causa.
- l) Verifica della scheda di rischio chimico della cappa con l'utilizzo del momento ed eventuale aggiornamento; verifica da eseguirsi in stretta collaborazione con l'utilizzatore, che dovrà controfirmare.
- m) Valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni all'uso del momento.

Qualora la cappa risulti mancante della scheda di rischio chimico, occorrerà compilarla in diretta collaborazione con l'utilizzatore, che dovrà controfirmare.

Qualora la cappa risulti mancante della scheda tecnica riportante le caratteristiche tecniche, le utenze fluidiche, le utenze elettriche, le caratteristiche dell'impianto aspirante e le eventuali caratteristiche dei filtri, il manutentore dovrà crearla: tutta la procedura di manutenzione e verifica è strettamente collegata a quanto riportato sulla scheda tecnica.

Prima di iniziare il lavoro, il manutentore deve valutare, rilasciandone dichiarazione, se sia il caso di procedere ad una sanificazione della cappa, del condotto di aspirazione e/o dell'aspiratore.

La dichiarazione firmata della valutazione, con relativa assunzione di responsabilità, dovrà essere controfirmata, per presa visione ed accettazione, da parte del responsabile del laboratorio.

Nel caso sia richiesta una sanificazione, intesa come intervento straordinario con richiesta di preventivo a parte, il manutentore deve presentare la procedura che verrà seguita, con le relative sicurezze adottate per la persona, per l'ambiente circostante e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti.

La procedura dovrà essere controfirmata, per presa visione ed accettazione, da parte del responsabile del laboratorio e/o Preposto.

Per le cappe aspiranti da chimica dotate di filtri in espulsione, il manutentore dovrà rilasciare un attestato di prova, che dichiara il livello di efficienza del filtro e lo stato del contenitore del filtro.

Nel caso di sostituzione del filtro, il manutentore dovrà attestare:

- l. la qualità del filtro installato;

2. l' idoneità del filtro all' utilizzo richiesto;
3. la procedura utilizzata per lo smontaggio del filtro;
4. la preparazione e confezionamento del rifiuto per garantire la sicurezza del trasporto;
5. l' etichettatura del rifiuto con l' identificazione del tipo di rifiuto (dato fornito dall' ente produttore del rifiuto);
6. la consegna del rifiuto al punto di raccolta presso l' ente produttore del rifiuto;
7. l' acquisizione di responsabilità sulla preparazione del rifiuto al trasporto.

### **CAPPE FILTRATE A RICIRCOLO:**

Un sistema di cappe filtranti a ricircolo, poiché rimette l' aria filtrata nell' ambiente di lavoro, deve essere sottoposto ad un severo controllo di manutenzione periodico, che garantisca la sicurezza all' operatore attraverso un' attenta verifica dello stato di utilizzo e dell' efficienza dei filtri.

- Manutenzione annuale:

- a) Verifica della corretta tipologia del filtro utilizzato in funzione delle sostanze manipolate.
- b) Verifica delle condizioni meccaniche della cappa.
- c) Verifica dei comandi e degli allarmi.
- d) Verifica del livello di efficienza dei filtri con misuratore di inquinanti in aria.
- e) Rilascio di attestato della verifica dell' efficienza dei filtri.
- f) Verifica dello stato generale del ventilatore.
- g) Verifica dell' interno dell' alloggiamento dei filtri, pulizia ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta.
- h) Mappatura della velocità frontale dell' aria aspirata, come indicato dalle norme relative alle cappe chimiche, e calcolo della velocità media e della portata.
- i) Misura della pressione dinamica sull' aspiratore.
- j) Controllo e taratura del misuratore di flusso e del regolatore di aspirazione, se presente.
- k) Sostituzione filtri (intervento di manutenzione straordinaria – preventivo a parte).

Qualora la cappa risulti mancante della scheda di rischio chimico, occorrerà compilarla in diretta collaborazione con l' utilizzatore, che dovrà controfirmare.

Qualora la cappa risulti mancante della scheda tecnica riportante le caratteristiche tecniche, le caratteristiche dell' impianto di ricircolo e le caratteristiche dei filtri, il manutentore dovrà crearla. Tutta la procedura di manutenzione e verifica sarà strettamente collegata a quanto riportato sulla scheda tecnica.

Nel caso sia richiesta una sanificazione, il manutentore deve presentare la procedura che verrà seguita, con le relative sicurezze adottate per la persona, per l' ambiente circostante e per lo smaltimento dei reflui.

La procedura dovrà essere controfirmata, per presa visione ed accettazione, da parte del responsabile del laboratorio.

Nel caso di sostituzione del filtro, il manutentore dovrà attestare:

1. la qualità del filtro installato;
2. l' idoneità del filtro all' utilizzo richiesto;
3. la procedura utilizzata per lo smontaggio del filtro;
4. la preparazione e confezionamento del rifiuto per garantire la sicurezza del trasporto;
5. l' etichettatura del rifiuto con l' identificazione del tipo di rifiuto (dato fornito dall' ente produttore del rifiuto);
6. la consegna del rifiuto al punto di raccolta presso l' ente produttore del rifiuto;
7. l' acquisizione di responsabilità sulla preparazione del rifiuto al trasporto.

### **ARMADI DI SICUREZZA:**

- Manutenzione annuale:

- a) Intervento nell' anno comprensivo della sostituzione dei filtri ove presenti;
- b) Interventi sui meccanismi di chiusura e delle serrature, ove necessitano;
- c) Ispezione e controllo degli armadi, regolazioni necessarie per mal funzionamento degli stessi in conformità alle specifiche di fabbricazione, con collaudo conclusivo.
- d) Interventi di riparazione, ove necessario, e rimozione del guasto con verifica di funzionalità;

e) Eventuali componenti, per gli armadi, da sostituire perché rotti (elettro aspiratori, cerniere, maniglie etc") e la fornitura dei filtri, una volta riscontrata l'anomalia, per la sostituzione, sono da intendersi come intervento di manutenzione straordinaria – preventivo a parte.

A seguito di ogni tipo di intervento eseguito, la ditta aggiudicataria dovrà produrre apposita relazione tecnica, in duplice copia, controfirmata dal tecnico del laboratorio. Tale relazione è l'elemento costitutivo del libretto di manutenzione.

### **FRIGORIFERI, CONGELATORI, FRIGOCOMBINATI E AUTOCLAVI:**

- Manutenzione annuale:

- a) Interventi sui meccanismi di chiusura e delle serrature, ove necessitano;
- b) Ispezione e controllo degli stessi, regolazioni necessarie per mal funzionamento degli stessi in conformità alle specifiche di fabbricazione.
- c) Interventi di riparazione, ove necessario, e rimozione del guasto con verifica di funzionalità;
- d) Verifica delle temperature di funzionamento idoneo degli stessi. La misurazione deve essere certificata con termometro certificato.

A seguito di ogni tipo di intervento eseguito, la ditta aggiudicataria dovrà produrre apposita relazione tecnica, in duplice copia, controfirmata dal tecnico del laboratorio. Tale relazione è l'elemento costitutivo del libretto di manutenzione.

### **DEFIBRILLATORI:**

-Manutenzione mensile:

- a) Ispezione e controllo degli stessi, regolazioni necessarie per mal funzionamento degli stessi in conformità alle specifiche di fabbricazione.
- b) Interventi di riparazione, ove necessario, e rimozione del guasto con verifica di funzionalità;
- c) Intervento mensile deve essere registrato in schede di verifica, contenenti tutti i parametri valutati. Queste schede vanno archiviate ed utilizzate per previsioni di interventi futuri basati sui dati aggiornati di volta in volta.

Tutti i defibrillatori del tipo semiautomatico, per un totale di n. 12, sono collocati nelle seguenti sedi dell'Università degli Studi del Molise:

- Sede di Pesche ex CNR – c.da Fonte Lappone;
- Sede di Pesche Residenza studenti – c.da Fonte Lappone;
- Sede I Polifunzionale – Viale Manzoni, Campobasso;
- Sede II Polifunzionale – Piano 1 - Via F. De Sanctis, Campobasso;
- Sede II Polifunzionale – Piano 5 - Via F. De Sanctis, Campobasso;
- Sede III Polifunzionale – Via F. de Sanctis, Campobasso;
- Sede di Termoli ex Colonia Marina – Via Duca degli Abruzzi;
- Sede Polo Didattico c/o HP Cardarelli – Campobasso;
- Sede Collegio Medico – c.da Tappino, Campobasso;
- Sede Residenza Studenti – Via Scardocchia, Campobasso;
- Sede Biblioteca di Ateneo – Viale Manzoni, Campobasso;
- Sede Ponte Pedonale – Via Scardocchia, Campobasso.

A seguito di ogni tipo di intervento eseguito, la ditta aggiudicataria dovrà produrre apposita relazione tecnica o verbale, in duplice copia, controfirmata dal tecnico. Tale relazione è l'elemento costitutivo del libretto di manutenzione.

### **5. MANUTENZIONE FULL-RISK** comprendente:

- mantenimento operativo dell'apparato per tutta la durata della copertura contrattuale;
- mantenimento del livello originale di protezione verso l'operatore e verso l'ambiente;
- interventi di manutenzione preventiva e programmata per verificare la corretta funzionalità dell'apparato ed il livello di protezione verso l'operatore e verso l'ambiente;
- interventi di manutenzione straordinaria per eliminare difetti ed usure strumentali, che riducano la funzionalità dell'apparato e/o riducano la sua funzione di dispositivo di protezione collettiva.

## ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL DIPARTIMENTO

- a) L'intervento dovrà essere richiesto tramite ordine telefonico o fax o e-mail da parte del responsabile del presente servizio, con l'indicazione del funzionario richiedente, del numero della chiamata, del n. di inventario;
- b) Tempo di intervento garantito in 24 ore solari (sabato e festivi esclusi) conteggiato a partire dall'ora nella quale è stata aperta la chiamata ed è stato comunicato il numero di intervento sino all'inizio della visita di un tecnico presso il Dipartimento relativo; tale conteggio ha validità anche nel caso in cui la comunicazione sia registrata tramite una segreteria telefonica automatica; in ogni caso in orario di ufficio deve essere garantita la presenza di una segreteria di accettazione delle richieste (telefonica automatica o tramite operatore);
- c) la Ditta deve garantire la disponibilità ad effettuare il servizio manutentivo per l'intero contratto. Si precisa che l'assistenza dovrà essere garantita anche negli eventuali periodi di chiusura dell'attività della Ditta aggiudicataria;
- d) L'impresa deve garantire la disponibilità ad effettuare il servizio manutentivo nelle ore in cui i locali, in cui si trovano le apparecchiature, sono lasciati a disposizione;
- e) Eventuali interventi straordinari potranno essere richiesti nelle giornate di sabato o festivi a seguito di reali esigenze dei Dipartimenti interessati e previo accordo tra l'impresa ed il responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività didattica e di ricerca del laboratorio in cui dovrà essere svolto l'intervento;
- f) L'intervento effettuato dovrà essere accuratamente descritto nei rapporti di intervento, non saranno ritenute sufficienti descrizioni generiche delle azioni attuate e dei pezzi sostituiti (quali "riparazione", "reperimento guasto e risoluzione" ecc.).

In particolare devono essere specificati e riportati chiaramente:

- il sistema funzionale o l'apparecchio assistito, il nome del modello (non un codice modello o una qualsivoglia sigla della ditta), i codici inventariali (indicare espressamente se non esistenti) il serial number dell'apparecchiatura e dei ricambi;
- le parti sostituite;
- qualora un intervento non fosse sufficiente per riportare l'apparecchio alla piena funzionalità, tutti gli interventi successivi volti alla riparazione del medesimo guasto, saranno compresi nella stessa richiesta iniziale alla quale si dovrà fare riferimento per tutti i relativi rapporti di lavoro;
- ogni rapporto di intervento dovrà essere firmato e timbrato dal Personale presente nel laboratorio e lasciato in originale presso lo stesso, che avrà cura di inoltrarlo al responsabile del servizio. Non saranno accettati rapporti di lavoro che dovessero pervenire direttamente dalla ditta manutentrice, fatto salvo quanto diversamente concordato con il committente.
- g) Le parti sostituite possono essere trattenute dalla ditta (poiché riutilizzabili per ulteriori manutenzioni). I ricambi forniti nelle operazioni di assistenza (nelle varie modalità) devono essere coperti da garanzia di almeno sei mesi. Tutte le parti (apparecchiature) separabili devono essere coperte da una garanzia di almeno dodici mesi.

I ricambi di "consumo" di particolare importanza e costo, devono, anch'essi, essere coperti da garanzia; per quanto riguarda i filtri è richiesta la garanzia di sei mesi sul montaggio e sulla loro efficienza nelle condizioni di un corretto utilizzo da parte degli operatori.

Le norme EN si intendono applicabili a tutte le cappe a flusso laminare, nella manutenzione preventiva sono comprese le calibrazioni e non è prevista esclusione di alcuna parte.

Per ciascuna misura o verifica richiesta le ditte offerenti dovranno descrivere dettagliatamente le procedure adottate indicando quali strumenti vengono utilizzati e citando eventuali riferimenti a normative vigenti.

Al termine di ciascuna visita programmata dovrà essere fornito al responsabile del servizio, per ciascuna cappa, un dettagliato report con i risultati delle verifiche effettuate.

Operazioni di pulizia, calibratura e taratura, volte al ripristino dell'efficienza e/o della funzionalità di ciascuna cappa, che si dovessero rendere necessarie, sono da intendersi comprese nel canone.

La ditta, in base all'esito dei controlli effettuati, su proposta di preventivo come manutenzione straordinaria e conseguente accettazione, potrà effettuare la sostituzione dei filtri (HEPA, carbone attivo, etc); tale operazione dovrà essere eseguita seguendo la buona prassi e la vigente normativa in materia. I filtri sostituiti, opportunamente trattati e sigillati, dovranno essere trasportati in idoneo locale indicato

dal Committente e saranno smaltiti, a seconda della tipologia di rischio, a carico del Committente o eventualmente smaltito dalla Ditta se compreso nel preventivo.

La sostituzione di altre parti usurate, si intende inclusa nel canone e dovrà essere segnalata tempestivamente al responsabile del servizio.

su ogni singola cappa dovrà essere applicata una etichetta adesiva personalizzata fornita dalla Committente, riportante i dati dell'avvenuto controllo, la scadenza per il test successivo, siglato dal tecnico che ha effettuato le prove e compilato il libretto di manutenzione.

Ad ogni tipo di intervento eseguito, la ditta aggiudicataria dovrà produrre relazione tecnica, in duplice copia. Tale relazione è elemento costitutivo del libretto di manutenzione.

Il servizio di CERTIFICAZIONE e MANUTENZIONE PREVENTIVA comprende altresì i seguenti oneri per la ditta aggiudicataria.

#### **FORNITURA ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA**

L'assistenza telefonica o diretta di supporto ai tecnici interni (responsabile del servizio o suo delegato) deve essere garantita in orario di ufficio.

### **6. CORSI DI FORMAZIONE**

- n.1 annuale corso di formazione per funzionamento, utilizzo e manutenzione delle cappe, corso di formazione su rischio chimico, biologico e cancerogenesi, corso di formazione sulla sicurezza elettrica delle apparecchiature, sulla scelta ed utilizzo dei DPI per il laboratorio, sulla gestione e smaltimento dei rifiuti di laboratorio.

Si richiede almeno n.1 corso di formazione, per ogni anno di contratto, con il rilascio di attestazione di frequenza. I corsi dovranno essere tenuti da personale avente tutti i requisiti rispondenti alla normativa di competenza. La sede del corso sarà, a discrezione della stazione appaltante, un'aula delle sedi universitarie di Campobasso o di Pesche (IS).

### **7. VERIFICA RETI INTERNE DI GAS TECNICI:**

La manutenzione ordinaria ha lo scopo di verificare e assicurare il mantenimento e la piena funzionalità, a norma di sicurezza, dell'intera rete di erogazione dei gas tecnici per ciascuna sede di Laboratorio.

Il servizio dovrà necessariamente comprendere la verifica:

- × dei punti di decompressione della rete di distribuzione;
- × dei punti di utilizzo;
- × di tutte le regolazioni necessarie al mantenimento delle caratteristiche ottimali di funzionamento della rete di distribuzione; nel dettaglio: serpentina, rampa, riduttore di primo e secondo stadio, tubazione e relative saldature, riduttore di secondo stadio (o punto di utilizzo finale).

Per quanto sopra in elenco la verifica comprende con **cadenza annuale** (per ogni laboratorio, dove applicabile):

- Analisi del dimensionamento Gruppo riduttori, bombole, pacchi Tank
- Stato di manutenzione
- Qualità ed efficienza di erogazione gas
- Grado di SICUREZZA e rispetto delle normative
- Controllo riduttori di pressione e gruppi di decompressione
- Verifica delle valvole di sicurezza e della loro efficienza di funzionamento
- Controllo rampe, centrali, serpentine di collegamento bombole e pacchi bombole
- Verifica del 100% delle tubazioni. Prova di tenuta con flussaggio in pressione di Azoto
- Controllo di tenuta valvole di intercettazione
- Controllo dei posti di utilizzo (posti presa) riduttori di 2° stadio

Nello specifico:

- × le visite dovranno avere cadenza annuale, sono incluse nel canone comprese tutte le parti di ricambio e materiali di consumo utilizzati durante l'intervento;
- × il calendario deve essere concordato con il Responsabile del Laboratorio,

× le viste dovranno essere eseguite in accordo alla normativa specifica e/o alle Norme di Buona Tecnica.

Il fornitore dovrà predisporre, per ogni sede di interessata, se sede di laboratorio ove siano utilizzati gas tecnici, un “Quaderno di intervento”, dove verrà registrata tempestivamente, oltre che le operazioni di manutenzione e gli interventi straordinari, qualsiasi operazione, anche se di solo controllo, indicando la data e il tipo d’intervento effettuato. Il “Quaderno di intervento” dovrà essere disponibile presso il laboratorio e dovrà essere consegnato al Responsabile del Laboratorio o a persona da lui delegata, debitamente aggiornato, a conclusione di ogni intervento manutentivo.

I materiali o parti di ricambio dovranno essere conformi alle vigenti normative di legge e compatibili con gli elementi già installati sulla impiantistica esistente e con la destinazione d’uso delle apparecchiature, con particolare raccomandazione relativamente al materiale delle guarnizioni compatibili con i gas.

La ditta aggiudicataria si impegna, alla stipula del contratto, a fornire un elenco dei nominativi del personale che effettuerà la manutenzione completo delle certificazioni di abilitazione per lo svolgimento di tale funzione.

---

## **Clausole generali**

La ditta aggiudicataria dovrà:

- redigere, ove mancante, la schedatura tecnica del DPC;
- redigere un fascicolo tecnico contenente i rapporti delle verifiche effettuate, l’elenco delle eventuali non conformità ed una relazione riportante le ipotesi per la risoluzione delle anomalie;
- verificare la rispondenza, alle reali necessità, della corretta installazione secondo la normativa e della efficienza dell’unità filtrante - ove installata;
- mantenere ed eventualmente aggiornare la scheda di rischio chimico o rischio biologico a seconda del tipo di cappa e del suo uso.

L’aggiudicatario del servizio di manutenzione dovrà mettere a disposizione dei responsabili di laboratorio e del responsabile del servizio, i documenti prodotti durante le visite di manutenzione ed assistenza. I documenti dovranno essere visionabili e possibilmente scaricabili, dovranno altresì essere attivate le dovute protezioni per mantenere la segretezza dei dati. I rapporti di verifica devono riportare le singole operazioni effettuate (come descritto nel presente articolo) gli esiti e gli interventi. Le risultanze delle verifiche e la relazione dovranno essere discusse con il responsabile del servizio.

Le misurazioni dovranno avere i seguenti standard e dovranno essere effettuate mediante la strumentazione sotto indicata o equivalente:

- misurazioni Anemometriche dei flussi d’aria in ingresso alle cappe con anemometro a filo caldo direzionale come indicato (secondo le diverse tipologie di cappe) dalla normativa (EN12469 - EN 14175);
- misurazione anemometrica dei flussi d’aria in ingresso alle cappe da chimica con anemometro a filo caldo, registrazione e visualizzazione dell’andamento delle velocità nei punti richiesti dalla norma in condizione simultanea;
- misurazione della contaminazione da particelle della zona pulita della cappa con relativa classificazione (ISO 14644) con utilizzo di conta particelle con stampa diretta dei rapporti di misura. Al manutentore è richiesto altresì di esplicitare se la cappa rientra o non rientra nei limiti di sicurezza;
- misura del livello di contenimento delle cappe;
- verifica dell’andamento dei flussi;
- misura del fattore di protezione dell’operatore per le cabine di rischio biologico secondo la normativa UNI EN 12469.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire assistenza tecnica su tutte le apparecchiature.

**La ditta aggiudicataria, si impegna a fornire, entro 15 gg. dalla stipula del contratto:**

- procedura operativa da applicare al servizio di manutenzione per ogni tipologia di cappa/armadio incluse quelle relative alle attività di manutenzione e calibrazione;
- la disponibilità di un Centro di Assistenza Tecnica di riferimento per la manutenzione, specificando il nome della ditta, l'indirizzo, i numeri telefonici, il n. di fax (definire se operativi anche nei giorni feriali o in alternativa indicare eventuali diversi riferimenti), l'indirizzo e-mail. Incluso Centro di Assistenza Tecnica di riferimento per la risoluzione delle problematiche relative al sistema informatico, specificando il nome della ditta, l'indirizzo, i numeri telefonici, il n. di fax, l'indirizzo e-mail. Il servizio deve essere operativo dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 17.00 (definire se operativi anche nei giorni feriali o in alternativa indicare eventuali diversi riferimenti); il personale utilizzato per lo svolgimento del servizio dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria ed essere specificatamente formato;
- idonea documentazione attestante il possesso degli strumenti utilizzati per la manutenzione e la verifica rispondente alla normativa in materia di cappe/armadi oggetto della presente gara.

-----  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Gli interventi di manutenzione straordinaria, dopo aver contattato la Ditta aggiudicataria, che deve **intervenire entro 24 ore dalla chiamata**, verranno valutati di volta in volta a seguito di presentazione da parte della stessa di apposita e dettagliata relazione tecnica e stima analitica del costo dell'intervento, ricambi a parte.

Rientrano nel canone di manutenzione offerta le ore di viaggio del tecnico per trasferirsi dalla sua sede a quella oggetto di intervento, compreso i costi di trasporto ed ogni altro onere relativo.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire preventivo per gli interventi di manutenzione straordinaria **entro 3 gg. lavorativi** dalla verifica della anomalia/guasto o della richiesta del Responsabile di laboratorio o del Direttore di Esecuzione del Contratto.

-----  
Tutti i rifiuti prodotti dall'attività manutentiva dovranno essere raccolti al termine di ogni singolo intervento e smaltiti tempestivamente, nel rispetto della normativa applicabile. Copia dei documenti attestanti il trasporto, lo smaltimento e il conferimento dei rifiuti dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante.

Tutte le spese relative a eventuali trasferte del personale coinvolto o di fornitura/trasporto/dismissione materiale e apparecchiature o DPI necessari per la realizzazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, sono a carico della Società affidataria, senza oneri aggiuntivi per l'Università.

Per tutte le comunicazioni tra le parti si privilegerà la posta elettronica, anche senza il vincolo della firma digitale, purché destinatari e mittenti rientrino tra il personale designato a referente del servizio.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente la natura dell'offerta e le condizioni locali e di essere in possesso dei mezzi d'opera necessari e rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa di indennità.

Qualunque inosservanza, violazione o ritardata esecuzione delle procedure di cui al presente articolo, comporterà l'applicazione della penale come previsto agli artt. successivi del presente capitolato.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

**Art. 4. DURATA DEL SERVIZIO**

Il contratto decorre dalla data del contratto e si conclude dopo 48 (quarantotto) mesi.

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a

comunicare all'Aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

L'Università ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, senza che l'Aggiudicatario possa nulla pretendere, purché la comunicazione di disdetta o di riduzione intervenga con un preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 5. PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- per ritardata o incompleta erogazione dei servizi richiesti dall'Amministrazione o altro obbligo previsto in Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno (1,00) per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale.

- per mancata e ingiustificata effettuazione degli interventi manutentivi richiesti dall'Amministrazione o altro obbligo previsto in Capitolato, l'amministrazione provvederà a quantificare l'entità economica della mancata prestazione con successiva detrazione dell'importo dalle fatture residuali, fatta salva e riservata ogni azione e/o richiesta conseguente a possibili addebiti all'amministrazioni degli enti di controllo.

Dopo la terza applicazione delle suddette penali, nel corso dell'anno solare, si potrà procedere, da parte del Committente, alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di cinque giorni per eventuali difese scritte.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La Stazione Appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno. Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Qualora l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'appaltante.

Per il risarcimento dei danni la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

#### **Art. 6. SUBAPPALTO**

È consentito il subappalto a norma di quanto fissato dall'art. 119 del Codice e s.m.i.

Se durante l'esecuzione del servizio, ed in qualsiasi momento, l'Università stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Aggiudicatario dovrà prendere immediate misure per annullare il relativo

subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Aggiudicatario di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per la ultimazione dell'affidamento.

#### **Art. 7. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio, assegnato tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – [www.acquistoinretepa.it](http://www.acquistoinretepa.it)), verrà aggiudicato al concorrente che ha presentato l'offerta migliore secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 50 e 108 del D.lgs. 36/2023.

Le norme per la formulazione dell'offerta ed aggiudicazione del servizio sono riportate nel Disciplinare Tecnico-Amministrativo.

#### **Art. 8. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali relative al presente impegno, compresa quella per l'eventuale sua registrazione, sono a carico dell'Aggiudicatario.

#### **Art. 9. TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del Dlgs n° 196 /2003 e s.m.i. si rende noto che:

1. i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione della presente gara;
2. i dati raccolti potranno essere comunicati:
  - al personale dipendente della struttura competente al presente procedimento di gara;
  - alla Commissione di gara;
  - ai soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;
3. il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza;
4. i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei concorrenti;
5. i diritti spettanti ai concorrenti sono quelli di cui all'art. 13 della Legge 675/1996 e s.m.i.

#### **Art. 10. FORO COMPETENTE**

Per ogni e qualsiasi controversia, comunque attinente all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente impegno, sarà unicamente competente il foro di Campobasso.

	PRESIDIO	UBICAZIONE	STANZA	INVENTARIO	BENE	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
1	Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio sede di Pesche - Alloggi	Portineria	33498	Defibrillatore	Philips	Heartstart FRX	B17H-06979
2	Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio sede di Pesche	Portineria	32863	Defibrillatore	Zoll	AED PLUS	X14D666148
3	Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio sede di Termoli	Portineria	32862	Defibrillatore	Zoll	AED PLUS	X14D672937
4	Università degli Studi del Molise	Dipartimento Giuridico - I Polifunzionale	Portineria	32865	Defibrillatore	Zoll	AED PLUS	X14D672523
5	Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambientale ed Alimenti - III Polifunzionale	Portineria	32864	Defibrillatore	Zoll	AED PLUS	X14D666151
6	Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Economia - II Polifunzionale	Portineria	83191	Defibrillatore	Philips	Heartstart FRX	B12J-02054
7	Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute - Collegio Medico	Portineria	33499	Defibrillatore	Philips	Heartstart FRX	B17H-06908
8	Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute - Polo Didattico	Portineria	33502	Defibrillatore	Philips	Heartstart FRX	B17H-06981
9	Università degli Studi del Molise	Residenza Studenti	Portineria	33497	Defibrillatore	Philips	Heartstart FRX	B17H-06634
10	Università degli Studi del Molise	Biblioteca Ateneo	Portineria	33500	Defibrillatore	Philips	Heartstart FRX	B17H-06606
11	Università degli Studi del Molise	Segreteria Studenti	Portineria	33501	Defibrillatore	Philips	Heartstart FRX	B17H-06604
12		II Polifunzionale	Rettorato (5° piano)		Defibrillatore	Progetti S.r.l.	DAE RESCUE Sam	DFBSAM

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	1887	Congelatore	Fiocchetti	Super Polo 60	23673
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	non presente	Congelatore	Tecnodom	AF07EKOMBT	201384018
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	2380	Congelatore	Evermed	LCDF 120W	46190025
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	2386	Congelatore	Whirlpool	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 4/2	1537	Frigorifero	Candy	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 4/2	1972	Frigorifero	Ariston	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	1082	Frigorifero	Whirlpool	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	1399	Congelatore	Ocean	CV 2002	.022711078
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	1691	Congelatore	Ocean	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	644	Frigorifero	Indesit	CG 2380	710172133
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 22	782	Frigorifero	Ariston	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	276	Frigorifero	Liebherr	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/3	non presente	Frigorifero	Indesit	RAA 28	502122778
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/3	5608	Congelatore	Bauknecht	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 26	725	Congelatore	Ignis	DFE 985/G	3098 1 70035 17
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 27	912	Frigorifero	Iberna	CB23	34535005
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 27	975	Congelatore	Smeg	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28	1799	Frigorifero	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 29	2186	Congelatore	Whirlpool	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 33	1461	Frigorifero	Rex	RC 26S	3050021
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 40	1059	Congelatore	Ocean	C270410	C27001C1004
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 40	1216	Congelatore	Whirlpool	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 40	non presente	Congelatore	Ocean	Z373411	50035B200
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano Corridoio	503	Frigorifero	Angelantoni	CE 1500 /2RS /GL	18674/96
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano Corridoio	1457	Frigorifero	Ariston	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano Corridoio	1148	Congelatore	Angelantoni	Polar 530V	25685/00
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano Corridoio	1890	Congelatore	Jouan	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	1726	Frigorifero	Whirlpool	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 16	1536	Frigorifero	Candy	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	non presente	Congelatore	Liebherr	Comfort	312077486
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 29	154	Frigorifero	Ariston	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 29	1309	Frigorifero	Ariston	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 29	1688	Congelatore	Ocean	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 32	1158	Frigorifero	Ocean	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 32	non presente	Congelatore	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 37	56	Frigorifero	Daevo	ERF366N	57N6G3660470054
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 38	702	Frigorifero	Rex	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 38	418	Frigorifero	Smeg	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	non presente	Congelatore	Ignis	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 30	967	Frigorifero	Ignis	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 30	.0999	Frigorifero	Whirlpool	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 38	.0860	Frigorifero	Smeg	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.0051	Frigorifero	Ignis	Nabila	*****

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.0956	Frigorifero	Indesit	Evolution	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 5	818	Frigorifero	Ignis	RF 242W	3240050673
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 5	1073	Frigorifero	Indesit	TAAN 3V	711292036
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 5	814	Congelatore	Whirlpool	AFG 635AP	.300318004045
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 10	482	Frigorifero	Fiocchetti	Chiller 200	986
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 10	483	Congelatore	Ignis	140/G	119832
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 18	.0247	Frigorifero	ColaMaster	VHG570	53717247
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 24	non presente	Frigorifero	Ignis	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 24	641	Frigorifero	Framec	R134A	200000408
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 24	817	Frigorifero	Ignis	RF 242W	3240050673
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 36	.0881	Congelatore	Liebherr	Comfort	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 38	417 II 418	Congelatore	Ignis	AFE 982/G CO 22L	.309826010357
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 38	.0944	Frigorifero	Angelantoni	CE 400 2/4RS - 2TS	37466
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 38	579	Congelatore	Whirlpool	AFG 529 OKO/G	.3099440000056
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 38	.0815	Congelatore	Whirlpool	AFG 635AP	.300318004019
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 38	1106	Congelatore	Whirlpool	VH 2312 A+ E	.300924010684
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 38	632	Frigorifero	Angelantoni	GE BASIC 1500/2RS	24269/00
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1649	Autoclave	Asal	770	1840
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	4806	Cappa Aspirante	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 4/3	23364	Cappa a Flusso Laminare	Momolve	Bleair 56 K120	276
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	23370	Cappa a Flusso Laminare	Momolve	Bleair 56 K120	277
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/3	5508	Cappa a Flusso Laminare	Faster	Bio48M237	.10-93
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 19	23347	Cappa a Flusso Laminare	Momoline	Belair 56 K120	275
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 23	24852	Cappa a Flusso Laminare	Asal	Asalair 1200 FLV	412
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 23	24853	Cappa a Flusso Laminare	Momoline	Momowork	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	5509	Cappa a Flusso Laminare	Faster	BIO 48M 236	.10/93
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	4809	Cappa Aspirante	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	7667	Cappa Aspirante	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	4812	Cappa Aspirante	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 24	non presente	Cappa a Flusso Laminare	Steril	VBH 48 MP	8101
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Zero 29	.029182	Cappa Aspirante	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	16118	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	non presente	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	non presente	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	16117	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	16116	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	non presente	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	non presente	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	258	Congelatore	Igis	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	5610	Congelatore	Bauknecht	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	574	Frigorifero	Rex	Spaceplus	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 9	1160	Frigorifero	Ariston	Hotpoint	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 10	832	Congelatore	Liebherr	*****	*****

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 17	845	Frigorifero	Iberna	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	338	Congelatore	Ariston	Riber	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Congelatore	Ariston	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Congelatore	Ariston	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	19	Frigorifero	Candy	CM 36	34000384 0418 2411
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	335	Frigorifero	Intercontinental	EBD250501	746MB56075
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 16	non presente	Congelatore	Liebherr	Profiline	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	850	Frigorifero	Indesit	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	813	Congelatore	Ariston	Hotpoint	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Congelatore	Liebherr	KT 3912	143.0777.9
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Congelatore	Whirlpool	304/G	854.938.401.000
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 18	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 18	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 25	1874	Frigorifero	Ariston	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	53	Frigorifero	Ocean	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	23617	Frigorifero	Fiocchetti	Medika 1500	19447
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	1312	Congelatore	Bompani	B006136E	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	662	Frigorifero	Indesit	CG2380	711122243
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	112	Frigorifero	Ariston	A-RF322	301150122
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 39	40	Frigorifero	Indesit	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 39	864	Congelatore	Liebherr	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 39	95	Frigorifero	Smeg	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	1524	Frigorifero	Whirlpool	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23908	Frigorifero	Smeg	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	non presente	Congelatore	Thermo	ULT - FREEZER	812065 - 1291
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	non presente	Congelatore	Thermo	ULT - FREEZER	812065 - 1292
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	902	Congelatore	Thermo	HERA FREEZER HFU T-SERIES	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	21634	Autoclave	Asal	770	9160
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	96	Autoclave	Asal	760	6143
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 8	10538	Cappa a Flusso Laminare	Jouan	MSC 12	38807110
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 8	1139	Cappa Chimica	Erlab Captair	Filtrair 824	824
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 17	.029180	Cappa a Flusso Laminare	Asal	Atlantic 900	100
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 35	23380	Cappa Chimica	Momoline	Belair 56 K120	278
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Cappa a Flusso Laminare	Baker	SG403AINT	91568
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Cappa a Flusso Laminare	Baker	SG403AINT	91518
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	non presente	Cappa a Flusso Laminare	Faster	TWO 30	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	10537	Cappa a Flusso Laminare	Jouan	MSC 12	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	554	Cappa Chimica	Asal	Carbo 900 Exhaust	1989

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	21899	Cappa a Flusso Laminare	Asal	700	2927
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23412	Cappa a Flusso Laminare	Faster	BH - EN 2004	1276
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23413	Cappa a Flusso Laminare	Faster	BH - EN 2004	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23410	Cappa Chimica	Momoline	Belair 56 K120	282
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23411	Cappa Chimica	Momoline	Belair 56 K120	283
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 29	4807	Cappa Chimica	*****	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	23611	Cappa a Flusso Laminare	Bioair	Aura 2000 M.A.C.	F 06L19N 8400
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	5510	Cappa a Flusso Laminare	Faster	BIO 48M 236	.10/93
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano Corridoio	non presente	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano Corridoio	596	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano Corridoio	.027860	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano Corridoio	non presente	Armadio di Sicurezza	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1498	Frigorifero	KW	KRFDS 2810	22034
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	1497	Frigorifero	KW	KRFDS 2810	22033
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-18	1419	Frigorifero	Ignis	DPA24	.850348201121
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1420	Congelatore	Whirlpool	AFG8062	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1726	Frigorifero	Indesit	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1878	Frigorifero	Smeg	FD239A1	65597
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-22	751	Frigorifero	Indesit	Ban 371	510202159
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-22	non presente	Frigorifero	Uniequip	Unichromat 700	LTH - 220646
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1834	Congelatore	Liebherr	Comfort	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	621	Frigorifero	Indesit	BA 14	407132821
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	205	Frigorifero	Smeg	FC 38V	.01168699
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	778	Congelatore	Miele	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	.086	Frigorifero	Sital	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-8	1869	Congelatore	Schaub Lorenz	C270 HC	4572091700
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	non presente	Congelatore	Ardo	Premium	.036980021
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	non presente	Frigorifero	Ardo	MPS H1	.0300990044
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	non presente	Frigorifero	Howell	FRG 48A	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	1799	Congelatore	Ardo	FR30SH	20094704531
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	2072	Congelatore	Velp	FOC 215E	261484
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	480	Congelatore	Ignis	AFE 945/G	.309848004338
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.52	947	Congelatore	Mele	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.52	779	Congelatore	Rex	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.52	699	Frigorifero	Indesit	BAN 33 NF	506231012
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.52	152	Frigorifero	Indesit	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	24954	Autoclave	Systemec	V75	1855
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	.028276	Autoclave	Asal	Vapor Matic 770	2124
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	non presente	Cappa Chimica	Asal	Asalair 1200 Carbo	60
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	24974	Cappa Chimica	Villa	Dynamic	*****

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1493	Cappa a Flusso Laminare	Steril	CTH 48C2	19697
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	241	Cappa a Flusso Laminare	Asal	Asalair 1200 FLV	169
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-18	24976	Cappa a Flusso Laminare	Steril	CTH 48C2	19690
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	1211	Cappa Chimica	Asal	Asalair Carbo 900	625
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	1491	Cappa Chimica	Villa	Dynamic	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	989	Cappa Chimica	ATS FAAR	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	1872	Cappa Chimica	Asal	Asalair Carbo 900 Exhaust	2012
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	.028283	Cappa a Flusso Laminare	Steril	VBH 48 C2E	.020791
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	24950	Armadio di Sicurezza	Chemisafe	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	987	Armadio di Sicurezza	Justrite	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	24952	Armadio di Sicurezza	Beltrami	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-18	.027879	Armadio di Sicurezza	Chemisafe	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1469	Armadio di Sicurezza	Chemisafe	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	non presente	Armadio di Sicurezza	Chemisafe	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1471	Armadio di Sicurezza	Chemisafe	Type 90	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	.027880	Armadio di Sicurezza	Chemisafe	*****	*****

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	443	Speed Vacum	Savant	SC110A	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	633	Refrigerated Vapor Trap	Edwards	RV5	972156931
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	444	Pompa a Vuoto	Savant	RVT 1000	3J440198
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	359	Stufa Essiccatrice	Instruments	M120-VN	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	14179	Spettrofluorimetro	Bio Teck Kontron	SFM 25	99100547
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	2179	Autocampionatore	Kontron	HPLC Autosampler 560	.00050185
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	2178	Spettrofotometro	Kontron	HPLC Detector 535	.00050264
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	2177	Pompa Reciprocante	Kontron	HPLC Pump	.00010432
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	1410	Misuratore Sforzo Taglio	GE Motors	RPM	6845
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	1299	Agitatore da Laboratorio	Asal	711+	3092
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	non presente	Centrifuga	Thermo	IEL CL10	3070110353
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	590	Bagno Termostatico	Julabo	SW20/4	.0381460247
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	452	Segaossi	Swedlinhaus	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	non presente	Bilancia Analitica	Ohaus	PA114	8729136401
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	1172	Multi Sitter	Velp	100.177	3002493
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	non presente	Agitatore da Laboratorio	Velp	F20220176	182595
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	609	Agitatore da Laboratorio	Techno Kartell	TK3S	3271787
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	non presente	Omogenizzatore	Werke	T2S Basic	10.006.784
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	669	Pompa da Vuoto	KNF	PM 13129 - 840.3	1098437
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/1	849	Rotavapor	Buchi	R-200	.040026462
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/1	1440	Apparecchio per Analisi Emocromocitometriche	Saac	Hemat 8	28590
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/1	15281	Analizzatore Semiautomatico per Analisi Chimico Clinico del Sangue	Biotechnica Instruments	Arco	240100037
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/1	1438	Fotometro a Fiamma	Saac	FP 20	71284
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/2	15280	Distillatore	Buchi	B-234	30237020001
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/2	2401	Distillatore	Pobel	700 700	.840108102147
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/2	14486	Gas-Cromatografo	CE Instruments	2000 Series	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/2	non presente	Centrifuga	ALC	micro Centrifuguettes 4204	37/0265
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/2	non presente	Agitatore da Laboratorio	Bicasa	BE 101	198315177
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/2	non presente	Agitatore da Laboratorio	Bicasa	BE 101	1991166
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/2	non presente	Agitatore da Laboratorio	Falc	F 30	A202568
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 28/2	597 II 596	Centrifuga	ALC	Centrifugue 4218	079-0477
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	1080	Centrifuga	ALC	PK 110	11210012
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	5005	Centrifuga	MSE	Mistral	G011468
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	non presente	Congelatore	Tecnodom	AF07EKOMBT	201384018
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Molise Innovazione	375	Densitometro	Biorad	G5-800	4882A079
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	352	Muffola	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Servizi Generali	5020 II 5243	Microscopio da Laboratorio	Leica	20.503.030	.074135
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 38	1167	Criostato	Microm	HM 500	19587
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 38	non presente	Forno a Microonde	I.S.CO.	Micra 9T	20539 IOE
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 38	779	Forno a Microonde	I.S.CO.	Micra 9T	20540 IOE
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 38	non presente	Forno a Microonde	I.S.CO.	Micra 9T	20541 IOE
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 38	1371	Microscopio da Laboratorio	Nikon	Eclipse E600	773769
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	1130	Muffola	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	1138	Stufa Essiccatrice	Binder	IS 11	990872
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	1451	Lavastoviglie	Candy	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	5226	Stufa Essiccatrice	Egaterm	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 40	non presente	Congelatore	Ocean	Z373411	50035B200
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 40	1059	Congelatore	Ocean	C270410	C27001C1004
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 38	2433	Spettrofotometro	Jasco	V730	A008261798
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	1399	Congelatore	Ocean	CV 2002	.022711078
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	1691	Congelatore	Ocean	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	non presente	Piastra Riscaldante	Techno Kartell	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	1564	Agitatore da Laboratorio	Heidolph	Reax Top	.080316769
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	23370	Cappa Aspirante	Momolwe	Bleair 56 K120	277
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	1801	Estrattore	Heidolph	Laborota 4000	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	988	Stufa Essiccatrice	Medecenter	Ecozell	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	1175	Stufa Essiccatrice	Erba	Genesis	23212
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 18	1993	Puller	Narishige	PC-10	.08249
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 18	412	Puller	Narishige	PC-10	95080
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 18	1724	Microscopio da Laboratorio	Nikon	Eclipse 50i	814725
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 20	1082	Frigorifero	Whirlpool	*****	*****

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 4/2	1972	Frigorifero	Ariston	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 4/2	1537	Frigorifero	Candy	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 4/2	5059	Microscopio da Laboratorio	Olympus	CK 2	21604
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 4/2	764	Microscopio da Laboratorio	Optech	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 4/3	1430	Microscopio da Laboratorio	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 4/3	42	Miscelatore	Metromh	Dosimat 665	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 4/3	23364	Cappa Aspirante	Momolwe	Bleair 56 K120	276
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 16	1536	Frigorifero	Candy	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 16	1900	Bilancia Analitica	Gralmetrics	XB120A	U44611
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 22	451	Centrifuga	ALC	micro Centrifuguette 4204	37-0325
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 22	978	Centrifuga	Hettich	Universal 32	.000760
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 22	1603	Centrifuga	Hettich	Universal 32	.0006838
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 22	990	Agitatore da Laboratorio	Falc	F60	A994836
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/3	5508	Cappa Aspirante	Faster	Bio48M237	.10-93
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/3	5608	Congelatore	Bauknecht	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/3	782	Frigorifero	Ariston	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/3	non presente	Frigorifero	Indesit	RAA 28	502122778
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/3	502	Agitatore da Laboratorio	Asal	714	1653
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/3	991	Agitatore da Laboratorio	Yelp	.10.0171	4980760
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/3	1373	Microscopio da Laboratorio	Olympus	BX50F4	9M07096
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	2386	Congelatore	Whirlpool	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	2380	Congelatore	Evermed	LCDF 120W	46190025
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	1887	Congelatore	Fiocchetti	Super Polo 60	23673
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	5003	Spettrofotometro	Kontron	Uvikon 940	91010009
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	577	Agitatore da Laboratorio	Asal	711	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	1694	Spettrofotometro	Jenway	6300	9054
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/2	832	Incubatore	Instruments	M60TB	9811431
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/2	5227	Incubatore	Recitem	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/2	784	Omogenizzatore	Werke	T25 Basic	.063673
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/2	non presente	pHmetro	Instruments Eutech	PH150 - X5	258851
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/2	989	Agitatore da Laboratorio	Falc	F60	A994837
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/2	355	Distillatore	BSI	Aquatron A4S	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/2	945	Pompa da Vuoto	KNF	N810.3FT.18	1244306
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/2	931	Estrattore	Heidolph	Laborota 4000	.059901494
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/2	5225	Stufa Essiccatrice	Regaterm	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 23/2	2428	Lavastoviglie	Ariston	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 24	427	Sonicatore	Heat System Ultrasonic	W-225	G6036
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 24	non presente	Pompa da Vuoto	Sirai	9602009	9309034
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 24	5504	Liofilizzatore	Heto	FD2.5	9340428
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 24	449	Transillumnatore	Sigma	T2202	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 25	5606	Bilancia Tecnica	Bosch	EP2000	30638
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 25	5607	Bilancia Analitica	Bosch	SDE200	928689
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	non presente	Alimentatore per Microscopio	Olympus	U-RFL750-200	7F13034
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano Corridoio	non presente	Monitor per Spettrofotometro	Philips	3CM980G400T	TY089239-170963
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	.0048	Bilancia Analitica	Mettler	AE200S	J68773
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	non presente	Bilancia Idostatica	Gibertini	*****	58304
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	16012	HPLC	Varian	ProStar	330
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	614	Distillatore	Isco	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	non presente	Muffola	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	5184	Omogenizzatore	Jenke e Kunker	T50	675334
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	4812	Cappa Aspirante	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	non presente	Lava Vetreria	Smeg	GW 3060	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	.0052	Stufa Essiccatrice	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	14100	Racimat	Metromh	.1.743.0014	.01117
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	non presente	Alimentatore per Elettroforesi	Pharmacia	LKB	181800100
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	159	Raccoglitore di Frazioni	Pharmacia	LKB	56102657
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	5284	Raccoglitore di Frazioni	Pharmacia	LKB	181000455
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	649	Estrattore	Falc	WBS4	202301
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	non presente	Centrifuga per Butirrometro di Gerber	International PBI	D5	1/90 15197
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	non presente	Lettore Ottico	Pharmacia	LKB	59461001
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	.0156	Estrattore	Bicasa	BE771	BE105338

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	647	Evaporatore	Buchi	B480	3022G0010001
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	648	Pompa da Vuoto	KNF	N810.3FT.18	1304054
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	.0010	pHmetro	Radiometer Copenhagen	PHM 32	382140N13
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 16	non presente	Congelatore	Ignis	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	non presente	Gas-Cromatografo	Fision Instruments	GC8000 Series	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	.0811	Evaporatore	Buchi	R200	.305614010001
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	non presente	Pompa da Vuoto	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	non presente	pHmetro	Instruments	PH50	501729
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	578	Distillatore	Velp	VDK 126A	4992647
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	368	Agitatore da Laboratorio	Velp	RX3	9272046
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	370	Agitatore da Laboratorio	Velp	ARE2	2921019
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	729	Sonicatore	EIA	CP104	.20103009016
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	389	Mineralizzatore per Azoto	Velp	DK6	1980319
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	588	Centrifuga	ALC	PK110	11210012
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 52	1163	Omogenizzatore	IKA	DI100Basic	.05005441
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 41	512	Bagno Termostatico	Isco	BDS	21200
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 41	non presente	Distillatore	Isco	DTS10	16748
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 41	non presente	Termostato	Isco	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 41	non presente	Frangitore per Olive	Retsch	SK1	72069
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 41	non presente	Centrifuga Olio	Edwards	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 41	5274	Liofilizzatore	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 41	non presente	Pompa da Vuoto per Liofilizzatore	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 41	non presente	Impianto Pilota per Oliomio	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 41	non presente	Denocciolatore Olive	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	2427	Spettrofotometro	Cecil	CE9200	130102
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	830	Spettrofotometro	Varian	Cary 100 BIO	EL03107219
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	.0781	Centrifuga Refrigerata	ALC	PK131R	30203825
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	965	Spettrofluorimetro	Varian	Cary Eclipse	EL05063978
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	.0159	Spettrofotometro	Shimadzu	UV1601 CE	A10753580745
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	.0980	Stabilizzatore di Corrente	Varian	PC Protector	325202057
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	21891	Zetasizer	Malvern	Zen 3960	MAL500832
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	406	Bilancia Tecnica	Gibertini	Europe 500	87919
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	615	Centrifuga	ALC	4218 Centrifuge	079-0647
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	313	Lampada a Fluorescenza	Desaga	Minius 13 12 00	96215
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	523	Microscopio da Laboratorio	Optech	B5	990162
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 50/51	532	Stufa Essiccatrice	Instruments	M120	9907442
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 50/51	.0894	Bagno Termostatico	Julabo	SW22	12876
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 50/51	1080	Bagno Termostatico	Selecta	Ultrasons	.0515881
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 50/51	1068	Bagno Termostatico	Liarre	Strasonic 18	00301118
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 50/51	1058	Omogenizzatore	IKA	T25	148882
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 50/51	527	Minitermostato	Alsa	805	887
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 50/51	468	Piastra Riscaldante e Agitante	Heidolph	MR 3002/S	.049808753
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 50/51	424	pHmetro	Crison	Basic 20	837005
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 50/51	.0910	Agitatore da Laboratorio	Velp	RX3	15454
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 50/51	.0949	Piastra Riscaldante e Agitante	Falc	F60	A246856
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 42	.0978	Stabilizzatore di Corrente	Varian	PC Protector 80	325202048
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 31	.0798	HPLC	Ecom	LCD 2084-2	22000529
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 31	non presente	HPLC	Ecom	LCP 4100.2	12000194
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 31	1152	Apparecchio per Assorbimento Atomico a Fluorescenza	ASF	8220	1012072Z
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 31	non presente	Autocampionatore	Autosempler	AS-60	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 31	693 II 0796	Gas-Cromatografo	Dani	GC Mono EXP	.0311000051
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	593 II 595	Liofilizzatore	Pascal	LIO 5P	021/2000
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.0977	Evaporatore	Heidolph	Laborota 4000	.080509314
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.00183	Stufa Essiccatrice	Binder	ED 53	930191
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	1062	Generatore di Azoto	NitroGen	Micro 1	320/1
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.0555	Pompa da Vuoto	KNF	N810.3FT.18	1229306
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	1113	Sistema di Purificazione per Acqua	Human	Zenner Power I	1090825
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.0081	Bilancia da Banco	Mettler	PJ 3000	K21365
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	469	Piastra Riscaldante e Agitante	Heidolph	MR 3002/S	.049808754
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.0981	Gas-Cromatografo	Varian	CP 3800	10719
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	470	Piastra Riscaldante e Agitante	Heidolph	MR 3002/S	.079809256

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	472	Piastra Riscaldante e Agitante	Heidolph	MR 3002/S	.079809255
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	non presente	Piastra Riscaldante	Hanna Istruments	HI 301 N	1362257
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	non presente	Piastra Riscaldante	Hanna Istruments	HI 301 N	1362271
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.0956	Frigorifero	Indesit	Evolution	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.0782	Agitatore da Laboratorio	Velp	.10.0176	2023572
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 32	1131	Bagno Termostatico a Circolazione	Thermo	003-9425	1 08001236002
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 30	1128	Reometro	Thermo	006-1322	1 10001803 001
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 30	1093	Gas-Cromatografo	Dani	Master GC	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 30	non presente	Pompa da Vuoto	Edwards	E2M-12	.08680
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 30	non presente	Stabilizzatore di Corrente	Irem	TS600n	304909
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 30	.0884	Spettrometro di Massa	Thermo	Polar Q	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 30	.0892	Gas-Cromatografo	Thermo	Trace GC Ultra	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 30	1091	Generatore di Idrogeno	SHG	QL500	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	471	Piastra Agitante e Riscaldante	Heidolph	MR 3002/S	.079809254
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	1144	Apparecchio ad Ultrasuoni	Biologics	300VT	230-300
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.0051	Frigorifero	Ignis	Nabila	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Primo Piano 36	.0860	Frigorifero	Smeg	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	742	Agitatore da Laboratorio	IKA-Werke	HS260B	.00.215447
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	0777 II 0778	Distillatore	Buchi	B-324	.303600030001
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	.0889	HPLC	Dionix	600A LPG-4	2580405
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	2392	Macinino Refrigerato	IKA	A 10 B	.01.805456
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	.0936	Spray Dryer	Buchi	B-290	.040000215
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	603	Bagno Termostatico	Isco	B4A00025-VTU/2	23209-LOA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	1143	Bilancia Analitica	Gibertini	Cristal	138787
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	521	Piastra Riscaldante	Sterilin	HB502	L10913
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	14458	Cromatografo Ionico	Dionix	ED 40	99100285
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	740	Stufa Essiccatrice	Kendro	T 6060	501015264
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	631	Produttore di Ghiaccio	Angelantoni	A7540	24700/00
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	316	Agitatore da Laboratorio	Intercontinental Equipment	609.06	DAS08000
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	5084	pHmetro	Crison	PH2001	5110
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	5086	Evaporatore	Buchi	R-114	1288627
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	5125	Glucomatic	Parten	2200	931111
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	6509	Produttore Acqua Pura	Millipore	ZFMQ05001	F4NM95844E
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	5070	Bagno Termostatico	Isco	CTR90	93050
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	5056	Alveografo di Chopin	Triplette & Renaud	MA87	414993
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	14196	Gas-Cromatografo	Leco	FP-528	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	non presente	Stufa Essiccatrice	Recimeter	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	non presente	Unita' di Gestione	Buchi	K-424	.303735010001
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	non presente	Bagno Termostatico	Falc	WN-S4	B123253
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	non presente	Stufa a Micoonde	CEM	Marss Unit	XM1181
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	non presente	Termobok	Asal	780	1000
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	non presente	Piastra Riscaldante	Velp	F2052162	150105
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	261	Bagno Termostatico	Isco	BSD	4172FN
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 29	1074	Centrifuga	Mivac	DUC-23050-F00	DUC10080214
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 36	686	Perlatore	Taka Yama	Lunak	.00489
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 36	645	Steccatore	Buhler	M11 330 C	.4003.2989
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 36	365	Mulinetto	Tecator	10001907	25056
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 36	633	Sbramatore	*****	FC2K	9802343
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 36	257	Bagno Termostatico	Bransonic	ELA-9408	A700342D
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 36	.0997	Spettrofotometro	Perkin Elmer	L60000B	11N60110803
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 36	1090	Liofilizzatore	Virtis	Genesis	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 8	1096	HPLC	Dionix	ACC-300	.5830.0010
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 8	1079	Analizzatore di Amminoacidi	Erreci	31030	107279
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 18	.0952	Forno a Microonde	Smeg	OMW24B1	.051600888
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 18	1036	Forno a Microonde	Bluesky	BM023-4EL	.041200388
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 18	5128	Mulinetto	Falling Number	3100	113418
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 18	.0145	Centrifuga	Eppendorf	5415	36592
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 18	.0948	Autoclave	Asal	Vapor Mastic 770	1898
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 18	.0247	Frigorifero	ColaMaster	VHG570	53717247
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 18	.0118	Agitatore da Laboratorio	Velp	F20500162	340103
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 18	2410	Centrifuga	Eppendorf	5804R	5805L165615

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 18	1164	Agitatore da Laboratorio	ALC	Sitter	.02-6280
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 35	non presente	Phmetro	Instruments	PH50	205044
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 35	459	Bilancia Analitica	Kern	770/18	80807463
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 35	.0930	Distillatore Enochimico	Gibertini	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 35	5079	Apparecchio per la determinazione dell'anidride solforosa nei vini	Falc	865	6054/23
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 35	1064	Densimetro Portatile	Mettler Toledo	PX 30	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	.0127	Incubatore	Heraeus	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	.0128	Incubatore	Heraeus	B6420	51002393
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	5113	Incubatore	Bicasa	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	1088	Incubatore	Falc	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	non presente	Incubatore	Binder	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	486	Incubatore	Memmert	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	1089	Incubatore	Nuve Incubator	EN 120	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	non presente	Frigorifero	Ignis	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	.0974	Alimentatore per Elettroforesi	Consort	EV243	80073
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	non presente	pHmetro	Crison	GLP 21	638012
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	non presente	Cappa a Flusso Laminare	Steril	VBH 48 MP	8101
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	non presente	Bagno Termostatico	Julabo	SW 22	12879
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	1072	Bagno Termostatico	Nuve	NB 20	02-0695
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	non presente	BioRad	Eppendorf	6331	6331AR200158
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	.0810	Termocilatore	Eppendorf	D Code System	3748R 2018
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 24	1104	Bag Mixer	Interscience	BagMixer 400	.090121365
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 22	non presente	Autoclave	Smeg	HV 110L	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 3	15637	Gold Carbon	Emitech	K250	250-202
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 3	7715	Sputter Coater	Emitech	K550	550-288
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 3	7716	Cristal Point Drier	Emitech	K850	850-084
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Piano Terra 3	15277	Microscopio da Laboratorio	Zeiss	Axioplan 2	452185
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	non presente	Centrifuga	Hettich	Universal 320R	0000973-01-00
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	197	Real-Time	ABI	PCR7700	100002271
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	248	Piastra Agitante e Riscaldante	Heidolph	MR 3001	5941000-00
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	247	Agitatore da Laboratorio	Heidolph	Reax 200	1944934
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	1274	Stufa Essiccatrice	Galli	G-Therm	24086
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	545	Forno a Microonde	Candy	COMBI100	3384261
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	4961	Alimentatore per Elettroforesi	Pharmacia	1010368	D1004271
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	433	Ibrizzatore	Techne	FHB20D	4174S
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	234	Centrifuga	ALC	Centrifugette 4204	37-0217
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	11909	Sequenziatore Automatico	ABI	310	100000675
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	1273	Biofotometro	Eppendorf	6131	.02862
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	non presente	Termocilatore	Perkin Elmer	Amp 9700	805S8111051
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	1277	Termocilatore	Eppendorf	5331	.03152
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	1762	Termocilatore	Eppendorf	5345	.011755
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	non presente	Orbital Shaker	Branstead	AROS 160	.660030827022
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	1076	Alimentatore per Elettroforesi	Biorad	Power Pac 300	283BR10173
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	144	Alimentatore per Elettroforesi	Biorad	Power Pac 300	283BR15536
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	1303	Centrifuga	Qualitron	DW-41NS-230	.01021153
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	non presente	Bagno Termostatico	Stuart	8WB1	B000100110
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	139	Transilluminatore	Vikern	TFX 35M	24W212
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	816	Transilluminatore	Biorad	Gel Doc 2000	65S/00585
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	912	Bilancia Tecnica	Sartorius	BL6100	90308238
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	913	Bilancia Analitica	Sartorius	BP 310P	90208238
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	997	pHmetro	Crison	Basic 20	945042
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	1287	Misuratore Superficie Fogliare	Licorn	L13100	LAM 1292
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	1078	Misuratore Scambi Gassosi	Licorn	L16400	PSC-0844
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	498	Misuratore Scambi Gassosi	Licorn	L16400	PSC-0321
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	non presente	Fluorimetro	Walz	Mini Pam	.0240
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	1726	Frigorifero	Whirlpool	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	998	Agitatore da Laboratorio	Intercontinental Equipment	DAS04000	.777.99
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	2231	Campionatore	Prenat	Equipment APS	221211-1108
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	1230	Distillatore	Velp	.10.0189	1013269
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	1771	Agitatore da Laboratorio	Velp	P202A0175	44733
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 12	1124	Concentratore	Retsch	GM200	20 0708017B

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 37	5002	Autosempler	Kontron	SA 456	11920406
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 37	555	Pompa	Kontron	HPLC Pump 422 MCA	96071154
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 37	4998	Diode Array	Kontron	DAD-440	4400920099
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 37	6501	Detector a Fluorescenza	Jasco	PP920	B338171
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 37	559	Detector Refrattivo	Kontron	475-KP 99-90377	43
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 37	5000	Detector UV	Kontron	SFM 25	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 37	56	Frigorifero	Daevo	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1649	Autoclave	Asal	770	1840
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	52	Stufa Essiccatrice	Recimeter	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1862	Incubatore	Shaker	ZHWY-200B	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	non presente	Alimentatore Stabilizzato	Nuova Elettronica	LX 484	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1800	Autoclave da Banco	Asal	760	6231
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	478	Bagno Termostatico	Isco	BTU3	4716G1A
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	non presente	Agitatore per Coltura	TKA	223100	.00264
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	878	Lettore Micropiastre	Biorad	550	13737
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1092	Forno a Microonde	Sharp	R 212(Y)	991103373
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	944	Alimentatore per Elettroforesi	Biorad	Power Pac 300	283BR10082
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1057	Alimentatore per Elettroforesi	Biorad	Power Pac 300	283BR11675
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1876	Agitatore da Laboratorio	Velp	F202A0175	71035
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	470	Agitatore da Laboratorio	Velp	RX3	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1093	Forno a Microonde	Sharp	R 730A(W)	981126228
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	575	Contatore per Colonie	Sintex	CC 560	970604582
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1176	Piastra Agitante e Riscaldante	Velp	AM4	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	893	Phmetro	Mettler	MP 225	.069184
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1577	Bilancia Tecnica	Kern	572-45	W032121
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	non presente	Bilancia Analitica	Ohaus	PA 64	B201592114
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	1255	Bagno Termostatico	Thermo Haake	K20	002-4276
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	non presente	Centrifuga	Eppendorf	5810R	.03279
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 25	non presente	Agitatore da Laboratorio	Heidolph	Reax 2000	29340864
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 29	non presente	Centrifuga	Nuve	NF800R	03/0727
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 29	non presente	Agitatore da Laboratorio	Falc	F-20	A224233
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 29	569	Micro-Osmometro	Roebbling	5R	9704008
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 29	non presente	Phmetro	Crison	Basic 20	507004
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 29	1450	Agitatore da Laboratorio	Falc	Mix 20	A223599
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 29	5501	Bagno Termostatico	Heto	21AT	93103039
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Terzo Piano 29	non presente	Bagno Termostatico	MPM	M408-BM	M07060403
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	1309	Frigorifero	Ariston	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	154	Frigorifero	Ariston	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 28/29	1688	Frigorifero	Ocean	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 32	1158	Frigorifero	Ocean	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Agricoltura Ambiente ed Alimenti	Secondo Piano 32	non presente	Congelatore	*****	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	258	Congelatore	Igis	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	173	Bilancia Tecnica	Ohaus	TS120S	4383
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	76	Centrifuga Refrigerata	Eppendorf	5810R	.033343
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	268	Apparecchio per Elettroforesi Bidimensionale	Bio - Rad	Protean Ief Cen	526BR07807
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	376	Analizzatore Biochimico	Piccolo Xpress Abaxis	1100 - 1000E	.000000P04440
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	729	Akta Fplc	Amersham Biosciences	UPC 900	.01210445
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	901	Omogenizzatore	IKA	T 25 B	00.067393
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	1520	Apparecchio per Elettroforesi Monodimensionale	Bio - Rad	PowerPac Basic	041BR03434
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	1524	Frigorifero	Whirlpool	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	1605	Forno a Microonde	Smeg	M1711N	7ANT9012600H
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23410	Cappa Chimica	Momoline	Belair 56 K120	282
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23411	Cappa Chimica	Momoline	Belair 56 K120	283
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23412	Cappa a Flusso Laminare	Faster	BH - EN 2004	1276
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23413	Cappa a Flusso Laminare	Faster	BH - EN 2004	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23811	Centrifuga Refrigerata	Eppendorf	5810R	.032750
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23908	Frigorifero	Smeg	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	.028294	Alimentatore per Elettroforesi Monodimensionale	Monivolt	STC 300	.0887
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	50	Incubatore Orbitale	Sterlin	SI50	RE00104581
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	23903	Distillatore	Millipore	ZRDSVP0300	F6MN64002F
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	598	Agitatore Magnetico	Velp	F20320164	213143

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	25105	Microscopio Ottico	Leica	090-134 0.10-000	88812
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	24840	Ph-Metro	Hanna	PH120	11140
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	non presente	Bilancia Analitica	Brook	SVP202	7030111254
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	1539	Centrifuga Refrigerata	Heraeus	Biofuge fresco	40281913
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	186	Lavavetria	Miele	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	509	Autoclave Verticale	Cavalli	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	431	Incubatore	I.S.Co.	NT9140	3219F6A
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	62	Bilancia Tecnica	Kern	PLS 2100-2	WL 053462
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	63	Bilancia Analitica	Kern	ABJ-220-4M	WB0550142
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	904	Agitatore	Asal	711/D+	2812
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	344	Bagno Termostatico	Intercontinental Equipment	DAS/18020	7087/95
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	266	Agitatore da Laboratorio	PBI	Vibromix	130313
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	525	Pompa da Vuoto	Millipore	CP6 NM 1031 4	XX5522050
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	233	Piastra Riscaldante	Falc	F70	A282614
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	548	Centrifuga	Eppendorf	MiniSpin	5453ZH543469
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	552	Agitatore da Laboratorio	Velp	RX3	174799
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	551	Termoblock	Grant	QBD2	J2150005
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	553	Apparecchio per Elettroforesi Monodimensionale	Bio - Rad	PowerPac Basic	041BR86699
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	341	Piastra Riscaldante	IKA	RCT-B	01. 719416
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	554	Cappa Chimica	Asal	Carbo 900 Exhaust	1989
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 19	319	ImmunoWash	Bio - Rad	1575	1707009
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 19	318	MicroPlate Reader	Bio - Rad	I Mark	10556
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 19	313	Sistema per Elettroforesi Automatizzata	Bio - Rad	Expresion Electrophoresis Station	263BR2451
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 19	21722	Sistema per Elettroforesi a Campo Pulsato	Bio - Rad	CHEF DR II Control Module	963BR 1080
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 19	.029181	Cappa a Flusso Laminare	Asal	Atlantic 900	99
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 19	1535	Agitatore da Laboratorio	PBI	Vibromix	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 19	290	Estrattore di Acidi Nucleici	Progema	MX 3031	27296212
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 19	980	Centrifuga	ALC	PK121	799100406
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 19	non presente	Agitatore da Laboratorio	Bio - Rad	Expexion Vortex Station	413BR1690
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	35	Thermomixer	Eppendorf	Thermomixer Comfort	5355 22959
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	228	Real Time CPR	Applied Biosystem	7900 HT	279002129
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	229	Termociclatore	Applied Biosystem	2720 Thermal Cycler	272S8090400
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	611	Sistema per Trasferimento Elettroforesi	Bio - Rad	Trans Blot Turbo System	690BR3377
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	1329	Stufa	Carlo Erba	Ghibli	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	24842	Agitatore da Laboratorio	Velp	RX3	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	non presente	Agitatore da Laboratorio	Heidolph	Reax 2000	48237-196
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	500	Spettrofotometro	Thermo	NanoDrop 2000	4273
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	1139	Cappa Chimica	Erlab	Filtair 824	405
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	574	Frigorifero	Rex	Spaceplus	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	1115	Bilancia Analitica	Sartorius	BP221S	11904108
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	96	Autoclave	Asal	760	6143
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	225	Apparato per Elettroforesi	Apelex	PS 364 Minipack II	2360108
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 9	.0959	Bagno Termostatico	Asal	GTR 190	81499
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 9	1160	Frigorifero	Ariston	Hotpoint	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 9	10538	Cappa a Flusso Laminare	Jouan	Hotte MSC12 Standard	39807110
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 9	.0969	Bilancia Tecnica	Astori	THB 3000	.0503109011
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 17	845	Frigorifero	Iberna	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 17	4994	Microscopio Ottico da Laboratorio	Olympus	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 17	non presente	Cappa a Flusso Laminare	Asal	Atlantic 900	100
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 17	24330	Incubatore	Heraeus	Hera Cel 150	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 17	23619	Centrifuga	Hetting	Universal 320R	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	65	Real Time	Eppendorf	5345	.012770
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	324	Sistema di Acquisizione Immagini GEL DOC	Eppendorf	XS D52 26M	.09200036
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	830	Sigillatore per Piastre	Eppendorf	5390 000 024	951/7067
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	5609	Bilancia Tecnica	Bosch	EP2000	30688
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	154	Piastra Riscaldante	Falc	F60	A270560
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	333	Centrifuga	Eppendorf	MiniSpin	5453
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	10537	Cappa a Flusso Laminare	Jouan	MSC12	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	1169 II 1318	Centrifuga Refrigerata	Eppendorf	5810R	.03724
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	5503	Bagno Termostatico	Heto	Hetotherm BWO	930 61 655
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	317	Termociclatore	Bio - Rad	C1000	CC008385

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 22	5221	Stufa	Recimeter	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 32	1240	Incubatore	Intercontinental Equipment	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 32	21901	Incubatore	Sartorius	Certomat BS-1	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 32	1242	Agitatore Rotante	Intercontinental Equipment	DAS04010	2.672.001
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 39	non presente	Congelatore	Liebherr	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 39	40	Frigorifero	Indesit	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	23611	Cappa a Flusso Laminare	Bioair	Aura 2000 M.A.C.	F 06L19N 8400
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	605	Forno a Microonde	RoHS	Intertek	07GZH3528-06
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	24331	Incubatore	PBI	Innova 4200	500998387
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	21634	Autoclave	Asal	770	9160
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	42	Agitatore da Laboratorio	Sterilin-Stuart	SA8	R000101963
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	250	Agitatore da Laboratorio	Velp	Zx3	2941453
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	861	Piastra Riscaldante e Agitante	Velp	10.0162.00	1991387
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	232	Bagno Termostatico	Julabo	P/3	1019246286
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	21899	Cappa a Flusso Laminare	Asal	700	2927
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	46	Blocco Riscaldante	Sterilin-Stuart	SBH130	R000100335
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	58	Sigillatore	TEW	TISH-400	R0051383
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	21897	Microscopio Ottico	Zeiss	Axiostar Plus	3108018030
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	21650	Bilancia Analitica	Gibertini	Crystal	116741
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	1463	Bagno Termostatico	PolyScience	5/10L-M	809925
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	67	Centrifuga Refrigerata	Eppendorf	5810R	.0033350
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	43	Piastra Riscaldante	Bbby	B212	3314
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	41	Incubatore	Sterilin-Stuart	SI30H	R000100079
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	23551	Spettrofotometro	Jasco	V-570	C02961067
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	23553	Bagno Termostatico	MPM	M06060474	
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	21900	Incubatore Refrigerato	Velp	FTC 90I	.300452010463
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	6305	Fluorimetro	Perkin Elmer	LS 50B	37705
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	51	Forno a Microonde	Panasonic	NN-E235MB	L0502832
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	6500	Ph-Metro	Analytical Control	121	121177
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	1312	Congelatore	Bompani	B006136E	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	16977	Elaboratore Dati	Afa System	A66	647-012
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	.06500	Agitatore per Cuvette	Hellma	333.002	.0864
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	1297	Bagno Termostatico	Falc	FA 90	B213674
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	1134	Fluorimetro	Jasco	FP 750	A016460557
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	53	Frigorifero	Ocean	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	269	Pompa Peristaltica	Ismatec	Mini-S840	ISM061-0350
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	299	Centrifuga	Eppendorf	5417	.00142
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	45	Agitatore da Laboratorio	Sterilin-Stuart	SSL3	R000100514
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	330	Pompa da Vuoto	Vacuubrand	ME2C	18163812
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	non presente	Agitatore da Laboratorio	Kartell	TK3S	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 39	5012	Ultracentrifuga	Kontron	Centrikon-T2170	.01931427
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 39	13633	Centrifuga	Beckman	Avanti J-20	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 39	5006	Centrifuga	Kontron	T-124	.02930364
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	841	Centrifuga Refrigerata	Bormac	D3024R	LR6M002048
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	601	Bagno Termostatico	Julabo	ED(v.2)	10199401
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	21692	Termociclatore	Eppendorf	Master Cyclor	5333 44973
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	510	Termociclatore	Quantarus	Q-Cicle Series	CM5128
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Ultracentrifuga	Beckman	OPTIMA L90K	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Centrifuga Refrigerata	Beckman	J-26 XP	JXS07B10
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Camera Fredda	599	Agitatore Rotante	Falc	F205	A11523
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Camera Fredda	619	Agitatore Basculante	RoHS	MR1	010152-1203-0231
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Camera Fredda	273	Apparecchio per Elettroforesi Monodimensionale	Bio - Rad	PowerPac Basic	043BR31981
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Camera Fredda	non presente	Apparecchio per Elettroforesi Bidimensionale	Bio - Rad	PowerPac Basic 300	311BR5123
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Primo Piano 65	21622	Elaboratore Dati	Siemens	M12W-02001	YBNK018863
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	52	Forno a Microonde	Panasonic	NN-K105WBEPG	.02200
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	616	Microscopio Ottico da Laboratorio	Nikon	Eclipse Ti-S	534193
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	non presente	Alimentatore	Nikon	C-SHG1	M11047
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	non presente	Stabilizzatore di Tensione	Nikon	TI-PS100W	2111436
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	non presente	Monitor Bioimmagini	HP	LA2306X	6231332

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MAFRI/COIA
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	1250	Incubatore	Instruments	M250-TBR	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	23617	Frigorifero	Fiocchetti	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	5506	Incubatore	Nuaire	IR AutoFlow	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	5510	Cappa a Flusso Laminare	Faster	Bio48M-235	.10/93
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	23613	Incubatore	Thermo	371	303968-1707
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	23621	Pompa da Vuoto	KNF	N022AN.18	.01875254
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	23620	Bagno Termostatico	Julabo	TW8	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	non presente	Congelatore	Thermo	ULT - FREEZER	812065 - 1291
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	non presente	Congelatore	Thermo	ULT - FREEZER	812065 - 1292
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	31	Bilancia Analitica	Gibertini	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Cappa a Flusso Laminare	Baker	SG403AINT	91568
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Cappa a Flusso Laminare	Baker	SG403AINT	91518
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	537	Pompa da Vuoto	KNF	N811KN.18	2 03746457
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	538	Pompa da Vuoto	KNF	N811KN.18	2 04278161
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	557	Bagno Termostatico	Memmert	WNB 22	L510.1354
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	23827	Microscopio Ottico	Leica	090-135.001	268979
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	258	Citofluorimetro	Becton & Dickinson	Canto II	V96300561
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	813	Congelatore	Ariston	Hotpoint	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	23821	Multilabel Counter	Perkin Elmer	Victor-1420	4204910
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	23813	Spettrofotometro	Perkin Elmer	Lambda 25	101N6011405
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	1521	Transilluminatore	Bio - Rad	UV Transilluminator 200	64S/02708
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	342	Bilancia Analitica	Kern	320XB	2803243
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	645	Sistema di Acquisizione Immagini GEL DOC	Bio - Rad	Gel Doc EZ	735BR00922
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Incubatore	Thermo	3308	308546 - 312
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Incubatore	Thermo	3308	308308 - 324
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Incubatore	Thermo	3308	309421 - 329
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Incubatore	Thermo	3308	309421 - 330
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	850	Frigorifero	Indesit	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 17	non presente	Congelatore	Liebherr	Profiline	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 18	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 18	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 18	24841	Agitatore da Laboratorio	Velp	RX3	F20220171
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 18	non presente	Centrifuga	Eppendorf	MiniSpin	5452 19239
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 18	non presente	Apparecchio per Elettroforesi Monodimensionale	Bio - Rad	PowerPac Basic	041BR65840
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 19	910	Termomixer	Eppendorf	Comfort	535S 01829
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 20	276	Microscopio Ottico	Leica	DMI 3000 B	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 20	291	Amplificatore	Leica	Axopach 200B	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	non presente	Cappa a Flusso Laminare	Faster	TWO 30	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	24844	Bilancia Tecnica	Sartorius	Acculab	19353730
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	24839	Piastra Agitante e Riscaldante	Steroglass	Steromag	10607
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano Corridoio	non presente	Frigorifero	Liebherr	Premium	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	222	Agitatore da Laboratorio	Labnet	Vorotex Mixer	Z708493
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Terzo Piano 2	5610	Congelatore	Bauknecht	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	600	Agitatore da Laboratorio	TechnoKartell	TK3S	2971242
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 8	426	Distillatore	I.S.Co.	DST5	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	267	Agitatore da Laboratorio	Velp	202A0173	134182
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	non presente	Produttore di Ghiaccio	Fiocchetti	AF 100	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	non presente	Sistema di Purificazione per Acqua Distillata	Millipore	Elix 10	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	non presente	Sistema di Purificazione per Acqua Bidistillata	Millipore	Milli-Q	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 21	non presente	Lavavetreria	Miele	G7804	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	5219	Produttore di Ghiaccio	Iberna	Electronic Ice	330B00008
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	662	Frigorifero	Indesit	CG2380	711122243
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	112	Frigorifero	Ariston	A-RF322	301150122
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Secondo Piano 30	6499	Termostato	Julabo	F10	4149341521
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	non presente	Elaboratore Dati	HP	Z210	CZC2116981
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute	Piano Zero 55	non presente	Bilancia Analitica	Gibertini	*****	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento Giuridico	S.S Igino Petrone	non riportato	Centralina Acquisizione Dati	Solatron	1260A	.00359462
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento Giuridico	S.S Igino Petrone	non riportato	Modulo Acquisizione Dati	National Instrumentation	CDAQ-2161	18AD8ES
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento Giuridico	S.S Igino Petrone	non riportato	Stampante 3D	Delta Wasp	6040	*****
Universita' degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	24950	Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi	Chemisafe	*****	*****

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	211	Bilancia	A&D	HF 300G	12918969
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1076	Bilancia Analitica	Gibertini	E42S/B	88078
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	989	Cappa a Doppia Aspirazione	Belsar	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1161	Centrifuga	ALC	Centrifuge 4218	079/0635
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1498	Frigocongelatore	KW	KRFDS 2810	22034
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	477	Frigotermostato	Velp	.10.0140	1024587
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	non riportato	Modulo per Spettrofotometro	Varian	Cary SPV	.0601561
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1167	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	182053
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1179	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	3980782
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1165	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	3980776
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1174	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982407
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1180	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	3980779
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1195	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982043
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1169	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982070
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1175	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	3980747
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1171	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	3980746
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	12795	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982056
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1170	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	3980764
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1168	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982041
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1191	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982037
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1166	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982060
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1193	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982036
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1163	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	3980767
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1079	Spettrofotometro	Shimadzu	UV 1601	A10753680834
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	728	Spettrofotometro	Varian	Cary 50289	EL06013
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	1572	Stufa per Ventilazione Forzata	Binder	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	530	Termoblocco	Bibby Sterilin	SHT 200H	R000101227
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-04	396	Unita' di Distillazione Automatica	Velp	VDK 130A	1013277
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	12788	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982063
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	non presente	Agitatore da Laboratorio	Velp	RX3	247957
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	1497	Frigocongelatore	KW	KRFDS 2810	22033
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	399	Pompa a Vuoto	ABM	4EKF63CX-4	22695713
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	1496	Forno a Muffola	Nabertherm	L15/12/P320	182658
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	202	Bilancia Analitica	A&D	GR 200EC	14202399
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	401	Modulo per Evaporatore Rotante	Heidolph	Heizbad WB	.08005043
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	400	Evaporatore Rotante	Heidolph	Laborota 4000	.08002962
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-09	1491	Cappa Chimica	Bicasa	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	851	Cromatografo	Dionex	ICS 1000	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	234	Gas Cromatografo	Dani	Expander GC 86.10	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	345	Base per Generatore di Idrogeno	DBS	PHG2 110	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	1211	Cappa Chimica	Asal	Carbo 900	625
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	1145	Pompa	Agilent	G1311A	DE11115438
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	1148	Rilevatore Spettrofotometrico	HP	G1314A	JP73706021
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	1149	Modulo di Controllo	HP	G1316A	DE82205795
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	1850	Fornetto di Graffite	Varian	GTA 1000	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	1832	Auto Campionatore	Varian	VGA 77	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	1822	Spettrometro ad Assorbimento Atomico	Varian	220 FS	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	677	Spettrometro di Massa	Thermo	Polaris Q	210637
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	675	Gas Cromatografo	Thermo	Trace GC Ultra	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-10	24952	Armadio di Sicurezza per Solventi	Beltrami	Type 90	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-18	515	Microscopio da Laboratorio	Nikon	Eclipse TS100	202884
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-18	731	Centrifuga Refrigerata	ALC	PK121R	306010481
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-18	1499	Incubatore	Binder	CB210	06/10733
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-18	1494	Cappa a Flusso Laminare	Steril	CTH 48C2	19690
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-18	1419	Frigorifero	Ignis	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-18	1455	Bagno Termostatico	Falc	WB-0D5	B262129
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1457	Alimentatore	Apelex	PS305	3330306
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1418	Forno a Microonde	Panasonic	NN-K135MB EPG	L2200716
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1429	Bilancia di Precisione	Falc	T500	B242960
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1454	Centrifuga	Eppendorph	Centrifuge 5415D	.0073855
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1456	Agitatore da Laboratorio	Falc	Mix 10	A245738

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	CONSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1726	Frigorifero	Indesit	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1609	Contenitore di Provette	Eppendorph	Thermomixer Comrort	38440
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1164	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	3980748
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1459	Cappa per Allestimento	Scie-Plass	GLE UVSC	2508
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1878	Frigorifero	Smeg	FD239A1	65597
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1714	Agitatore Incubatore	IKA	KS 4000	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-19	1075	Incubatore	Zanussi	DAS3700E	17798
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1607	Box Asonoro	Sonics	UCX 130	51209
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	356	Agitatore Elettrico	J.P. Selecta	Unitronico OR	.0383780
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1205	Fabbricatore di Ghiaccio	Bicasa	ES 40A	.01298
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1495	Sistema Purificatore di Acqua	Millipore	Milli-Q	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1189	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE32R	1982064
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1834	Congelatore Verticale	Liebherr	Comfort	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	483	Frigo Termostatico	Refrigerated Incubator	FOC 225E	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1493	Cappa a Flusso Laminare	Steril	CTH 48C2	19697
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	227	Microcentrifuga	Eppendorph	Centrifuge 5415R	.01304
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1882	Termociclatore	Biorad	T100	621BR01058
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	860	Agitatore Orbitale	Heidolph	Unimax 1010DT	120604496
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	248	Incubatore per Batteriologia	ALC	TB115/2FG	3007449
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	445	Incubatore Microbiologico	ALC	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	446	Incubatore Microbiologico	ALC	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1073	Stufa Sterilizzatrice	KW	W5200	10584
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	237	Camera Termostatica	Angelantoni	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	1160	Alimentatore	Biorad	PAC 300	BR11920
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	605	Pompa	Watson Marlon	5055	D110903
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	245	Autoclave	TKA	745024	.00183
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	621	Frigorifero Combinato	Indesit	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-28	205	Frigocongelatore	Smeg	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1123	Gruppo Termostatico	I.S.CO.	GTR 190	6610G0B
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1080	Spettrofotometro	Shimadzu	UV 160	A10753680817
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1183	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982039
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1184	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982061
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1186	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982052
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1198	Agitatore per Provette	Bicasa	BE 101V	3971489
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1492	Cappa Chimica	Bicasa	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1199	Riscaldatore a Microonde	Smeg	F32MC/B	9820054
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	228	Concentratore	Eppendorph	5301	.01708
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	.085	UPS	APC	BK500MI	PB9922120991
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1906	Agitatore di Provette	Bicasa	BE 101V	3971487
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	442	Transilluminatore	Biorad	UV transilluminator 2000	64/S02477
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	10774	Bilancia Analitica	Gibertini	E42S/B	88079
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1908	Microscopio da Laboratorio	Olympus	CH20BIMF200	9D01738
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	780	Oscillatore	Asal	711/D+	2669
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1689	Minispettrofotometro	Biorad	Smart Spec	273BR05317
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1074	Stufa Sterilizzatrice	KW	WS 200	10583
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1471	Armadio di Sicurezza per Solventi	Chemisafe	Type 90	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	1469	Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi	Chemisafe	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	.086	Frigorifero	Sital	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-29	778	Congelatore Verticale	Miele	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-22	1952	Bilancia Tecnica	PB International	BCE120PT	IT1103781
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-22	1188	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982049
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-22	1172	Piastra Agitante e Riscaldante	Bicasa	BE 32R	1982048
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-22	757	Termostato Refrigerato	Lauda	RE106	06/0002
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	T-22	751	Frigocombinato	Indesit	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	non riportato	Frigorifero	Howell	FRG 48A	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	1872	Cappa Chimica	Asal	Carbo 900	2012
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	1798	Frigorifero	Ardo	MP 34SH1	20093903367
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	1799	Congelatore	Ardo	FR30SH	20094704531
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	1797	Forno a Microonde	Howell	HMG 208M	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	1796	Microcentrifuga	VWR	Galaxy 14D	W810180
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-31	1789	Bagno Termostatico	Falc	FA90E	B122778

PRESIDIO	UNITA' OPERATIVA	STANZA	INVENTARIO	BENE	COSTRUTTORE	MODELLO	MAIRICOLA
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-33	1783	Levigatrice	Mabo	TI2000	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-33	non riportato	Congelatore Orizzontale	LAR	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-33	non riportato	Compressore	Fini	2HP	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-33	non riportato	Aspiratore Polveri da Lavoro	Fervi	FM230	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	481	Congelatore	Ignis	AFE 945/G	.309846006106
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	non riportato	Spettrometro UV	Rayleigh	UV 19800	101129
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	non riportato	Piastra Riscaldante	Sterolglass	Steromag	13489
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	non riportato	Bilancia Tecnica	Sartorius	EX Stend	ED4202S
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	2072	Frigorifero	Velp	F10300330	261484
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	480	Congelatore	Ignis	AFE 945/G	.309848004338
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	.028284	Distillatore	PB International	A5A0025-WTD101	40063-U6A
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	24954	Autoclave	System	U75	1855
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	.028276	Autoclave	Asal	Vapor Matic 770	2124
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	5119	Box Anaerobico	Forma Scientific	1029	14561/260
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	.028283	Cappa Biologica	Steril	VBH 48 C2E	.020791
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	431	Gas Cromatografo	Fisions	HRGC Mega 2	962320
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	622	Sistema Monitoraggio Microbiologico	Bactometer	Model 128	1372
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	.0766	Microscopio da Laboratorio	Hund	Stativad	1014385
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	462	Incubatore	Memmert	BE 400	.400.0687
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	646	Incubatore	Memmert	BE 400	.400.0089
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	1948	Elettropompa	Rover	BE M20	3276070331
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	15909	Fermentatore	B-Braun	8844925	.04003/00
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	S-41	1947	Elettropompa	Lowara	GRI 11	.05843
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.16	non riportato	Plotter	HP	T790	C331HF04C
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.16	775	Bilancia Tecnica	Gibertini	Europe 500	123147
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.16	non riportato	Steccatore	Giuliani	IG/3 Export	14299
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.44	841	Microscopio da Laboratorio	Leica	S43	H1LT5057
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.52	779	Congelatore Verticale	Rex	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.52	947	Congelatore Verticale	Mele	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.52	699	Fricongelatore	Indesit	*****	*****
Università degli Studi del Molise	Dipartimento di Bioscienze e Territorio	1.60	.001	Plotter	HP	T770	CNI204H04F

	<b>STRUMENTI</b>	<b>NUM. INVENTARIO</b>	<b>STANZA</b>
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Oscillatore	45	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	vapor pressure osmometer	nd	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	spettrofotometro jasco fp 750	1134	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	frigo -20 bompani	1312	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	frigo ocean	53	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	modem	25	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	luminescent spettrofotometro ls50b	6305	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	spettrofotometro jasco v561	6497	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	cappa chimica ats faar	nd	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	frigorifero fiocchetti	23617	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	autoclave vapor matic 770	21634	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	congelatore -80 kw	35268	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Spe-ed SFE applied separations	35264	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	bilancia analitica	173	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	ultrasuoni	35269	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	vortex	35265	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	spetrofotometro	35266	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	piastra riscaldante	35270	LAB.30 DIP. DIMES
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Pozzetto -20 ZOPPAS HZCF290SH4WEO	1043	17/01
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Congelatore -80 Thermo Scientific HFU700TV	902	55/01
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Agitatore con piastra riscaldante DLAB MS-H280-Pro	ND	22
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Agitatore con piastra riscaldante DLAB MS-H280-Pro	ND	13/1B
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Basculante ASAL 715+ N.1390	1030	18
Dip. Medicina e Scienze della Salute	pHamento pH50 Violab DIAGRAMMA	1041	8 (Ala vecchia sede Vazzieri)
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Centrifuga da banco miniSpin PLUS Eppendorf	1057	2 (Ala vecchia sede Vazzieri)
Dip. Medicina e Scienze della Salute	FRIGO CANDY 1H0319	1012	17
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Spettrofotometro doppio raggio UV-VIS-PNIR CAEY 100	ND	23
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Cappa chimica mod ecoair120- bicasa momoline	ND	verrà installata nella stanza n. 8
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Cappa da banco laminare verticale asalair vertical 700 Laminar flow	ND	24
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Blocco termico thermolyne ( Pbi international)	ND	ND
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Autoclave hydra electonic (tecno gaz)	ND	23
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Contacolonie astor	ND	8

Dip. Medicina e Scienze della Salute	Microcentrifuga beckman microfuge B	ND	17
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Biofotometro eppendorf biophotometer	ND	17
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Microscopio leica dm 5000B	980	24
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Stereomicroscopio leica m3	ND	8
Dip. Medicina e Scienze della Salute	Microcentrifuga alc international 4212	ND	24